



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”
im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45.

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP. 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy:A.ZP-24-11/18

Zakopane, 2018-10-25

W S Z Y S C Y

dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20 mm w miejsce igieł o długości 15 mm.

Odp.: Nie.

Pytanie 2

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie szczypiec z tyżeczkami gładkimi, pozostałe parametry szczypiec zgodne z opisem.

Odp.: Nie.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr.1 w poz.1 - Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica igły 21G, długość ostrza 15 mm?

Odp.: Nie.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp.: Nie. Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 6 ust.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w terminu 2 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów?

Odp.: Nie. Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 6 ust.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: "W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu zamówionego asortymentu u innego dostawcy, obciążając Wykonawcę różnicą w cenie wynikającą z zakupu u innego dostawcy, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy.

Odp.: Nie. Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1a i 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0.5% na 0.2% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odp.: Nie. Postanowienia umowy pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa i Administracji

mgr Helena Brzozowska