



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45.

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-10/18

Zakopane, 2018-10-10

W S Z Y S C Y

dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.10.2018 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz.1 - Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica igły 21G, długość ostrza 15 mm ?

Odp.: Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w poz.1 - szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odp.: Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w poz. 1 złożenie oferty w ilości 40 lub 60 szt. ze względu na to iż opakowanie producenta zawiera 20 szt. szczypiec?

Odp.: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w poz.2 - szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odp.: Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w poz. 2 złożenie oferty w ilości 80 lub 100 szt. ze względu na to iż opakowanie producenta zawiera 20 szt. szczypiec?

Odp.: Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w poz. 3 - szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odp.: Tak.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa i Administracji

mgr Helena Brzozowska

