



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-14/18

Zakopane, 2018-11-14

W S Z Y S C Y

dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na Dostawę materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Dot. pakiet nr 1 poz.1: Czy Zamawiający dopuści testy wsadu Bowie Dick kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku?.

Odp.: Nie.

Pytanie 2

Dot. pakiet nr 1 poz.1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 szt. + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp.: Nie.

Pytanie 3

Dot. pakiet nr 1 poz.2: Czy Zamawiający dopuści testy posiadające wskaźnik zmieniający przebarwienie po procesie sterylizacji w sposób jednoznaczny z koloru purpurowego na zielony?

Odp.: Tak – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Dot. pakiet nr 1 poz.2: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie klasy 6 wg ISO 11140-1 dla oferowanych produktów wydane przez producenta wyrobu?

Odp.: Nie.

Pytanie 5

Dot. pakiet nr 1 poz.3: Czy Zamawiający dopuści testy posiadające wskaźnik na zewnątrz ampułki zmieniający przebarwienie po procesie sterylizacji w sposób jednoznaczny z koloru różowego na brąz?

Odp.: Tak – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Dot. pakiet nr 1 poz.4-5: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia oraz kompatybilne z nimi przyrządy testowe?

Odp.: Tak.

Pytanie 7

Dot. pakiet nr 1 poz.7: Czy Zamawiający dopuści etykiety zawierające 6 miejsc informacyjnych: trzy wiersze po dwa miejsca (pierwszy wiersz: data procesu, nr sterylizatora, drugi wiersz: data ważności, nr cyklu, trzeci wiersz: nr operatora, kod procesu). Takie rozmieszczenie gwarantuje większą funkcjonalność etykiet oraz niezadrukowanie paska wskaźnika?

Odp.: Tak.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa i Administracji

mgr Helena Brzozowska