



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. 18/ 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-14/19

Zakopane 2019-09-13

WSZYSCY

dot.: zmiany treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację urządzeń na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi na pytania z dnia 13.09.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w sposób następujący :

Pakiet nr 1

1. Myjnia ultradźwiękowa:

- w pkt 1.15 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się urządzenie zasilane elektrycznie jednofazowe 230V/50Hz o mocy zasilania maksimum 2,8 kW

2. Myjnia narzędziowa:

- w pkt 2.27 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się oświetlenie wnętrza komory jednolitym światłem zapewniającym najlepszą widoczność wnętrza komory podczas procesu, z sygnalizacją stanów urządzenia kolorowymi kontrolkami na panelach sterowania po obu stronach

- w pkt 2.30 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się serwisowy program diagnostyczny dostępny z poziomu sterownika urządzenia i online poprzez dostęp internetowy

- w pkt 2.33 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się wyłączniki awaryjne zlokalizowane obok urządzenia po obu stronach urządzenia w miejscach z najlepszym dostępem personelu, co jest rozwiązaniem alternatywnym i spełniającym wymaganą funkcję

- w pkt 2.38 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się wózek transportowy bez możliwości magazynowania dodatkowego wózka wsadowego na dolnym poziomie

Ponadto zmiana treści siwz zostaje dokonana w zakresie postanowień **§ 6 ust. 2 lit. b)-d)** projektu umowy, które otrzymują brzmienie:

b) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 3 do umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z umowy;

c) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii w odniesieniu do terminów ustalonych odpowiednio w § 5 ust.9, w wysokości 0,02% jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 3 do umowy;

d) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 3 do umowy za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie/a stanowiące przedmiot umowy;

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**