



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”**

**im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (18) 20 150 45,

fax. (18) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl)

[www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

---

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

***Dostawa i instalacja urządzeń na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem***

**znak postępowania: A.ZP-271-14/19**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP**

**SPIS TREŚCI**

<b>SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC „ODRODZENIE”</b> .....	<b>1</b>
<b>1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO</b> .....	<b>4</b>
<b>2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>4</b>
<b>3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>4</b>
<b>5) INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP</b> .....	<b>5</b>
<b>6) INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH</b> .....	<b>5</b>
<b>7) WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>5</b>
<b>8) WADIUM PRZETARGOWE</b> .....	<b>5</b>
<b>9) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b> .....	<b>7</b>
<b>10) OFERTA SKŁADANA PRZEZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ</b> .....	<b>8</b>
<b>11) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY</b> .....	<b>9</b>
<b>12) SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW</b> .....	<b>13</b>
<b>13) WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>14</b>
<b>14) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ</b> .....	<b>15</b>
<b>15) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY</b> .....	<b>15</b>
<b>16) TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT</b> .....	<b>16</b>
<b>17) TERMIN OTWARCIA OFERT</b> .....	<b>17</b>
<b>18) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY</b> .....	<b>17</b>
<b>19) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT</b> .....	<b>17</b>
<b>20) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO</b> .....	<b>21</b>

<b>21) INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....</b>	<b>21</b>
<b>22) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .</b>	<b>21</b>
<b>24) OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO.....</b>	<b>21</b>
<b>25) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.....</b>	<b>22</b>
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....</b>	<b>24</b>
<b>FORMULARZ OFERTY .....</b>	<b>41</b>
<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.....</b>	<b>48</b>
<b>PROJEKT UMOWY .....</b>	<b>49</b>

**1) Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1  
34-500 Zakopane  
tel.: 18/20 150 45  
fax: 18/20 146 32  
e-mail: [administracja@szpitalodrozenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrozenie.pl)

**2) Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46 oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

**3) Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2019 r. na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie:  
**Pakiet nr 1:** myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt., myjni narzędziowych wraz z wyposażeniem w ilości 2 szt., sterylizatorów parowych wraz z wyposażeniem w ilości 2 szt.  
**Pakiet nr 2:** zgrzewarki rotacyjnej w ilości 1 szt. oraz obcinarki rękawów papierowo-foliowych, w ilości 1 szt.,  
**Pakiet nr 3:** stacji uzdatniania wody w ilości 1 szt.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi ww. sprzętu medycznego i urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

4. **Przedmiot dostawy określony w pakiecie nr 1 ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych** ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.175) w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

5. **Minimalny wymagany okres gwarancji** na przedmiot zamówienia – **24 miesiące** od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego/urządzeń z częstotliwością zalecaną przez producenta.

6. **Oferta w zakresie pakietu nr 1 powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu medycznego, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.** Oferta w zakresie pakietu nr 2 i 3 ma także zawierać informację na temat punktów serwisowych, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.

W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 5 dni roboczych.

W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w okresie gwarancji (dot. pakiet nr 1- myjni ultradźwiękowej, pakiet nr 2: zgrzewarki, obcinarki) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 3 dni roboczych podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.

W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń w okresie gwarancji (pakiet

nr 1: dot. jednoczesnej awarii dwóch myjni narzędziowych lub/i dwóch sterylizatorów) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami niezbędnej sterylizacji narzędzi wykonanej przez podmiot trzeci, przeprowadzonej w czasie przestoju urządzeń spowodowanej naprawą gwarancyjną.

7. Do przedmiotu zamówienia -odpowiednio dla danego pakietu -powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia/karta techniczna.

8. Przy wykonaniu zamówienia niezbędna jest współpraca przy montażu urządzeń z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych pomieszczeń centralnej sterylizatorni i stacji uzdatniania wody.

Aktualnie w pomieszczeniach sterylizatorni i stacji uzdatniania wody trwają prace budowlane wykończeniowe. Dla potrzeb myjni narzędziowych i sterylizatorów zostały doprowadzone media - woda uzdatniona, prąd i sprężone powietrze pozostawione pod stropem do podpięcia oraz odpływy kanalizacyjne w posadzce, a także pion wentylacyjny do myjni narzędziowych odprowadzający gorące powietrze.

Dla potrzeb stacji uzdatniania wody przygotowano pomieszczenie wraz z instalacją wod-kan oraz elektryczną.

Założenia funkcjonalne znajdują się w wyciągu z dokumentacji projektowej tj. 1) rzut parteru niskiego; 2) przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące załącznik nr 2 do siwz

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.

9. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności zaferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

#### **Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

**Część nr 1: 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne; 33191100-6 Urządzenia sterylizujące; 33191110-9 Autoklawy**

**Część nr 2: 38910000-7 Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego; 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe**

**Część nr 3: 42912300-5- Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody**

#### **4) Informacja o ofertach częściowych.**

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części: 3**

#### **5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.**

**Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień.**

#### **6) Informacja o ofertach wariantowych.**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

#### **7) Wymagany termin wykonania zamówienia.**

**Do 13.12.2019 r.**

#### **8) WADIUM PRZETARGOWE**

**1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:**

<b>Pakiet nr 1</b>	<b>32 000,00zł</b>
<b>Pakiet nr 2</b>	<b>650,00 zł</b>
<b>Pakiet nr 3</b>	<b>2 000,00zł</b>

**Razem 34 650,00 zł**

**2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:**

- 2.1. pieniądzu;
  - 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 2.3. gwarancjach bankowych;
  - 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110,1000 i 1669).
3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w **PKO BANK POLSKI S.A. nr 24 1020 3453 0000 8802 0141 8961**. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. **27.09.2019 r. godz. 10:00**  
Zaleca się kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu wadium (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji / poręczenia, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane do Zamawiającego wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli wykonawca przesyła wadium poza ofertą np. drogą e-mail, winno być ono oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania.

Jeżeli Wykonawcałoży wadium w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokument będzie zawierał oświadczenia wystawcy, że wygaśnięcie udzielonego i niewykorzystanego wadium przed upływem jego okresu ważności może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego, w szczególności poprzez zwrot przez Zamawiającego dokumentu obejmującego wadium jego wystawcy.

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, jeżeli Zamawiający oświadczy, iż co do Wykonawcy wystąpiły okoliczności określone w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp.

**Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.**

5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

1.1. nie podlegają wykluczeniu

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. **Kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1.2.2. **Sytuacji ekonomicznej i finansowej;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1.2.3 **Zdolności technicznej i zawodowej:**

#### **a) Pakiet nr 1:**

**Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 dostawę obejmującą swoim zakresem co najmniej dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń sterylizujących w tym sterylizatorów parowych i myjni narzędziowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.**

#### **b) Pakiet nr 2:**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

#### **c) Pakiet nr 3:**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.3.3 siwz.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;

c) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

9. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **10) Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę.**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.



2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, a w zakresie warunków określonych w **pkt 9.1.2.3** siwz musi spełniać **co najmniej jeden z nich**.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych .

### **11) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.**

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, **wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą** następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1.1 **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie** w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej **JEDZ**, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

#### Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ:

a) Oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z dnia 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydany na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ.

W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej.

Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Link do narzędzia utworzonego przez UZP : [espd.uzp.gov.pl](http://espd.uzp.gov.pl)

c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
- e) Wykonawca wypełnia w zakresie żądanym przez Zamawiającego następujące Części i sekcje JEDZ: – Część II sekcje A - D: (W sekcji A – Informacje na temat Wykonawcy, Informacje ogólne, w pytaniu czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania, polscy Wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną.

Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź „Tak” i wypełnia dalszą część formularza w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” wypełnia Wykonawca, który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając dalszej części formularza w rubryce poniżej.

W sekcji B – Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia).

- Część III sekcje A-D,
- Część IV sekcje a (Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania tylko sekcji a w Części IV i nie wypełniać sekcji A i C; Zamawiający dokona właściwej weryfikacji spełnienia określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu na dalszym etapie postępowania, w oparciu o stosowne dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),
- Część VI.

**1.2 W przypadku wspólnego** ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy PZP, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

**1.3.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (odrębny formularz JEDZ) dotyczące tych podmiotów (takie formularze powinny być podpisane przez te podmioty).

**1.4.** W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D; Zamawiający nie żąda także złożenia dokumentów wskazanych w pkt 11.3.3. siwz wobec podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ)

Zamawiający informuje, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania JEDZ

**1.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego**, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną;

**2.** Wykonawca **w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej** informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany **do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz.

3. **Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym niż 10 dni**, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. **w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:**

- a) **pakiet nr 1:** wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2. **w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, odpowiednio dla danego pakietu**

- a) pakiet nr 1 oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających oferowane urządzenie do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczony kserokopie tych dokumentów;
- b) deklaracje zgodności, certyfikat CE dla oferowanych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
- c) szczegółowy opis techniczny urządzeń, odpowiednio dla danego pakietu (sporządzony wg zał. nr 1 do siwz) potwierdzający parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do siwz
- d) folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego urządzenia/ń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

3.3. **w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:**

- a) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- b) **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) **zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

- grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- d) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
  - e) **oświadczenia Wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
  - f) **oświadczenia Wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - g) **oświadczenia Wykonawcy** o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
- 3.4. **dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego**, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
4. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o których mowa:
- 4.1 w pkt 3.3 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
  - 4.2 w pkt 3.3 b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
    - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
    - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5 stosuje się.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.3 a), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miała dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

- na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5 zdanie pierwsze stosuje się.
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  10. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  11. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
  13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W sytuacji posiadania dokumentów i oświadczeń przez Zamawiającego, **Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.** Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
  14. **Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:**
    - 14.1. **pełnomocnictwo** (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.
    - 14.2. **wypełniony formularz oferty** stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);
    - 14.3 **dowód wniesienia wadium.**

## **12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> , ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej e-mail.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

**w zakresie przedmiotu zamówienia:**

Pani Katarzyna Bukowska- Blok operacyjny tel. 18/20150-45 wew.143

Pan Maciej Chowaniec- Referent ds.administracyjno-technicznych tel. 602 413 555 fax.: 18 / 20 146 32

**w zakresie formalno-prawnym:**

Pani Sylwia Kolasa Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- tel: 18/20 150 45 wew. 188

email: [s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl](mailto:s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl)

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usług – link na dole strony miniportalu) oraz Regulaminie ePUAP. Zainteresowany złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniportalu i ePUAP i w/w Regulaminów.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce *Zamówienia publiczne Przetargi nieograniczone – Powyżej progów unijnych*.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie pytań do treści siwz, oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 16 siwz), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: [s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl](mailto:s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email lub za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**3.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w ppkt 1.

**4.** Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

**5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej [www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl) w zakładce zamówienia publiczne**

#### **14) Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą licząc 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

#### **15) Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jeden lub więcej pakietów.

2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą jeden lub więcej pakietów.

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji.

3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.3. Zgodnie z treścią art. 10a) ust. 5 ustawy PZP oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,

2) osoby wykazane we wpisie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;

4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10 ppkt 2 siwz.

3.5 Zaleca się, by każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis treści.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

4.1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) – **przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:** informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi **podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.**

4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny zostać złożone **w osobnym pliku** wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” (zgodnie z pkt 16.3. siwz).

4.3 Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.

4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

## 16) Termin i miejsce składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny i Iedntyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Uwaga! Pobrany klucz publiczny do zaszyfrowania oferty nie może zostać zmieniony. Aby prawidłowo zaszyfrować ofertę należy użyć klucza publicznego w formacie pobranym z miniportalu/ze strony Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Numer ogłoszenia wymagany jest przy przesyłaniu oferty za pomocą ePuap.
2. Oferta powinna sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc. docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. **Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.** W przypadku wypełnienia formularza oferty odręcznie ( tj. oferty pierwotnie wytworzonej w formie papierowej), **niezbędne** jest, aby tak wytworzony formularz ofertowy został zeskanowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Do oferty należy dołączyć **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Po załączeniu oferty na ePUAP pojawi się komunikat na dole formularza : podpisz i wyślij lub wyślij bez podpisu. Podpsianie w tym miejscu profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym NIE OZNACZA podpisania oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane muszą zostać najpierw podpisane (każdy plik osobno), następnie skompresowane do formatu ZIP i zaszyfrowane aplikacją. Podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP **nie oznacza** prawidłowego opatrzenia oferty podpisem. Wykonawca może więc wystać za pomocą: wyślij bez podpisu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **27.09.2019 roku, do godz. 10.00**
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. **Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP.**



9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Oświadczenie o wycofaniu / zmianie oferty musi pochodzić od osoby umocowanej do reprezentowania wykonawcy- w razie potrzeby do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

#### **17) Termin otwarcia ofert:**

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r., o godzinie 10.15**, w siedzibie Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, sala konsultacyjna.
  2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
  3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
  4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
    - 3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    - 3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
    - 3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
  4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    - 4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:
      - 4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
      - 4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
      - 4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 jego oferta zostanie odrzucona.

#### **18) Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla całości oferowanego pakietu, gdzie należy uwzględnić **wszelkie koszty dostawy**, w tym: cena nabycia urządzeń, koszt dostarczenia urządzeń, montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN

#### **19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

#### **PAKIET NR 1:**

##### **2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość robót -waga 60%**

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times 60\%$$

**gdzie:**

**C- wartość punktowa kryterium „cena”**

**$c_n$  – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;**

**$c_b$  – cena badanej oferty.**

## 2.2 Parametry techniczne: 20%

**Ocenie podlegać będą następujące parametry:**

### 1) Myjnia narzędziowa:

a) Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” do obsługi urządzenia po stronie załadowniczej i wyładowniczej:

Przekątna ekranu = 7” – 0 pkt; przekątna ekranu > 7” – 10 pkt

b) liczba programów mycia dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika:

Ilość programów = 20 – 0 pkt; Ilość programów > 20 – 10 pkt

c) wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4:

szerokość papieru do wydruku: < 10 cm 0 pkt,  $\geq$  10 cm - 10 pkt

### 2) Sterylizator parowy

a) Liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika: Ilość programów = 20 – 0 pkt; Ilość programów > 20 – 10 pkt

b) Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany:

Przekątna ekranu = 10” – 0 pkt; przekątna ekranu > 10” – 10 pkt

c) Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej:

szerokość papieru do wydruku: < 10 cm 0 pkt,  $\geq$  10 cm - 10 pkt

$$P = \frac{P_b}{P_m} \times 100 \times 20\%$$

**gdzie:**

**P- wartość punktowa kryterium „parametry”**

**$P_b$  – suma punktów pozycji badanych ofert wyliczona zostanie na podstawie podanych w ofercie oferowanych parametrów ;**

**$P_m$  – maksymalna ilość punktów (60 pkt).**

## 2.3. Okres udzielonej gwarancji-20%

$$G = \frac{G_b}{G_m} \times 100 \times 20\%$$

**gdzie:**



**Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ;****Gm– maksymalna ilość punktów: 80 pkt**

Przy czym ocenie podlegać będą okresy udzielonej gwarancji za myjnie narzędziowe i sterylizatory parowe na podstawie poniższej punktacji

**Myjnia ultradźwiękowa:**

24 m-ce-0 pkt

36 m-cy -10 pkt

42 m-ce- 15 pkt

48 m-cy- 20 pkt

**Myjnia narzędziowa:**

24 m-ce-0 pkt

36 m-cy -10 pkt

42 m-ce- 15 pkt

48 m-cy- 20 pkt

**Steryliizator parowy 4 -o wsadowy:**

24 m-ce-0 pkt

36 m-cy -10 pkt

42 m-ce- 15 pkt

48 m-cy- 20 pkt

**Steryliizator parowy 6 -o wsadowy:**

24 m-ce-0 pkt

36 m-cy -10 pkt

42 m-ce- 15 pkt

48 m-cy- 20 pkt

3. Za najkorzystniejszą uznana oferta w pakiecie nr 1, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej, obliczonych wg następującego wzoru:

$$X = C + P + G$$

gdzie:

- X** - ilość punktów badanej oferty;  
**C** - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;  
**P** - ilość punktów badanej oferty w kryterium parametry techniczne;  
**G** - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji;

**PAKIET NR 2****2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość robót -waga 80%**

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

**C- wartość punktowa kryterium „cena”****c<sub>n</sub> – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;****c<sub>b</sub> – cena badanej oferty.****2.2. Okres udzielonej gwarancji-20%**

$$G = \frac{G_b}{G_m} \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

**G<sub>b</sub> – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ;**

**Gm– maksymalna ilość punktów: 30 pkt****Zgrzewarka rotacyjna:**

24 m-ce-0 pkt

30 m-cy -10 pkt

36 m-cy- 15 pkt

**Obcinarka rękawów papierowo-foliowych:**

24 m-ce-0 pkt

30 m-cy -10 pkt

36 m-cy- 15 pkt

3. Za najkorzystniejszą uznana oferta w pakiecie nr 2, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej, obliczonych wg następującego wzoru:

$$X = C + G$$

gdzie:

- X** - ilość punktów badanej oferty;  
**C** - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;  
**G** - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji;

**PAKIET NR 3****2.1. Cena ryczałtowa brutto za całość robót -waga 80%**

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

**C- wartość punktowa kryterium „cena”****c<sub>n</sub> – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ;****c<sub>b</sub> – cena badanej oferty.****2.2. Okres udzielonej gwarancji-20%**

24 m-ce-0 pkt

36 m-cy- 10 pkt

48 m-cy – 15 pkt

3. Za najkorzystniejszą uznana oferta w pakiecie nr 3, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej, obliczonych wg następującego wzoru:

$$X = C + G$$

gdzie:

- X** - ilość punktów badanej oferty;  
**C** - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;  
**G** - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji;

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty **nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

#### **20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Działając w oparciu o art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane z dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Przewidywany termin podjęcia decyzji w spr. przedmiotowej dotacji do końca września 2019 r.

#### **22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .**

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **24) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO**

Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl), [www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)
2. **Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych** – e-mail: [iod@szpitalodrodzenie.pl](mailto:iod@szpitalodrodzenie.pl)
3. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia sterylizatorni**, znak referencyjny A.ZP-271-14/19, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych** będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane**, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. **Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych** bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

- zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. **Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich**, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
  8. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:**
    - żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania<sup>1</sup>, zgodnie z art. 15, 16 RODO,
    - ograniczenia ich przetwarzania<sup>2</sup>, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,
    - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. **Nie przysługuje Pani/Panu:**
    - prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
  10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu oferty.
  11. **Administrator Danych Osobowych** nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  12. **Administrator Danych Osobowych** dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

## **25) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje **wyłącznie** od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
  - 2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- 2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
- 2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 2.3. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy PZP.

Załączniki:

- nr 1 - opis przedmiotu zamówienia -odpowiednio dla danego pakietu;
- nr 2- założenia funkcjonalne wyciąg z dokumentacji projektowej: rzut parteru niskiego, przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni- w oddzielnym pliku
- nr 3 - wzór formularza oferty;
- nr 4- wykaz dostaw;
- nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej;
- nr 6- projekt umowy;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

**zatwierdził: 22.08.2019 r. Dyrektor**  
**dr hab. med. Marcin Zieliński**  
**(data i podpis Kierownika Zamawiającego )**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****PAKIET NR 1:**

L.p.	Opis wyposażenia	Ilość	Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie	Parametr graniczny/warunek wymagany	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
1	<b>Myjnia ultradźwiękowa</b>	1			
1.1	urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).		nie podlega ocenie	Tak	
1.2	urządzenie wolnostojące, zabudowane, do montażu w jednym rzędzie ze stołem zlewozmywakowym na stronie brudnej		nie podlega ocenie	Tak	
1.3	wymiary gabarytowe nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 900 x 900 x 700 mm		nie podlega ocenie	Tak	
1.4	konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej		nie podlega ocenie	Tak	
1.5	wymiary komory, umożliwiające załadunek i użycie standardowej tacy (540 x 340 x 100 mm)		nie podlega ocenie	Tak	
1.6	wyposażona w pokrywę komory myjącej		nie podlega ocenie	Tak	
1.7	wyposażona w pistolet natryskowy ze specjalistycznymi końcówkami do przepłukiwania kanałów narzędzi chirurgicznych		nie podlega ocenie	Tak	
1.8	wyposażona w baterię ciepłej i zimnej wody i przyłącze odpływu wody z komory do kanalizacji		nie podlega ocenie	Tak	
1.9	wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej		nie podlega ocenie	Tak	
1.10	częstotliwość pracy minimum 35 kHz		nie podlega ocenie	Tak	
1.11	automatyczna kontrola czasu procesu		nie podlega ocenie	Tak	
1.12	możliwość ustawienia czasu procesu w zakresie 0-60 minut, możliwość nastawienia pracy ciągłej		nie podlega ocenie	Tak	
1.13	możliwość pracy z wodą lub roztworem myjącym w temperaturz pokojowej lub podwyższonej		nie podlega ocenie	Tak	
1.14	zasilanie elektryczne jednofazowe 230V/50 Hz, moc zasilania maksimum 2 kW.		nie podlega ocenie	Tak	



1.15	zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		nie podlega ocenie	Tak	
2	<b>Myjnia narzędziowa</b>	2			
2.1	urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).		nie podlega ocenie	Tak	
2.2	kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni		nie podlega ocenie	Tak	
2.3	wymiary zewnętrzne max.: 700x900x2300 mm (szer.x głęb.x wys.)		nie podlega ocenie	Tak	
2.4	wymiary komory (-/+ 10 mm): 560x600x700 mm (szer.x głęb.x wys.)		nie podlega ocenie	Tak	
2.5	pojemność maksymalna: 10 tac o wymiarach 540x260x50 mm		nie podlega ocenie	Tak	
2.6	dezynfekcja termiczna 90 i 93 oC, możliwość sterowania wartością Ao		nie podlega ocenie	Tak	
2.7	przelotowa do zabudowy w ścianę		nie podlega ocenie	Tak	
2.8	obudowa i komora myjąca wykonane ze stali kwasoodpornej		nie podlega ocenie	Tak	
2.9	ogrzewanie elektryczne		nie podlega ocenie	Tak	
2.10	drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszkłone		nie podlega ocenie	Tak	
2.11	system dystrybucji wody z jednopunktowego przyłącza wózka załadowniczego, znajdujący się na dnie komory		nie podlega ocenie	Tak	
2.12	szybkie, oszczędne programy, wbudowany, odrębny zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej		nie podlega ocenie	Tak	
2.13	miejsce na min. 3 kanistry 5 l ze środkami w obrysie myjni		nie podlega ocenie	Tak	
2.14	sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu po stronie załadownczej i wyładownczej		Przekątna ekranu = 7" – 0 pkt; przekątna ekranu > 7" – 10 pkt	Tak	
2.15	komunikaty wyświetlane w języku polskim		nie podlega ocenie	Tak	
2.16	wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie dotykowym na stronie załadownczej i po stronie wyładownczej		nie podlega ocenie	Tak	

2.17	wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym		nie podlega ocenie	Tak	
2.18	automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych sterylizatorów dostarczonych wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa		nie podlega ocenie	Tak	
2.19	możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni		nie podlega ocenie	Tak	
2.20	liczba programów myciadezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika.		Ilość programów = 20 – 0 pkt; Ilość programów > 20 – 10 pkt	Tak	
2.21	możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika		nie podlega ocenie	Tak	
2.22	min. 3 pompy dozujące środki		nie podlega ocenie	Tak	
2.23	min. 3 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego		nie podlega ocenie	Tak	
2.24	min. 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5 l.)		nie podlega ocenie	Tak	
2.25	przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej		nie podlega ocenie	Tak	
2.26	pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100		nie podlega ocenie	Tak	
2.27	oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia		nie podlega ocenie	Tak	
2.28	wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz		nie podlega ocenie	Tak	
2.29	interfejs sieciowy RJ 45		nie podlega ocenie	Tak	
2.30	serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i online poprzez dostęp internetowy		nie podlega ocenie	Tak	
2.31	wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4		szerość papieru do wydruku: < 10 cm 0 pkt. ≥ 10 cm - 10 pkt	Tak	
2.32	kontrola filtra powietrza		nie podlega ocenie	Tak	
2.33	wyłącznik awaryjny na panelu po stronie		nie podlega ocenie	Tak	

	załadowczej i wyładowczej				
2.34	możliwość użytkowania środków różnych producentów również w okresie gwarancji		nie podlega ocenie	Tak	
2.35	przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz		nie podlega ocenie	Tak	
2.36	wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji.		nie podlega ocenie	Tak	
2.37	<b>Wyposażenie dla 2-ch sztuk myjni:</b>	x	nie podlega ocenie	Tak	
2.38	wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym oraz z przestrzenią do przechowywania dodatkowego nieużywanego wózka wsadowego	4	nie podlega ocenie	Tak	
2.39	wózek załadowczy, specjalny do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 10 tac o wymiarach min 580x255x50 mm (dł. x szer. x wys.), możliwość doposażenia w przyłącza do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym	2	nie podlega ocenie	Tak	
2.40	wózek załadowczy do narzędzi chirurgii małoinwazyjnej i narzędzi laparoskopowych z kanałem roboczym z możliwością jednoczesnego mycia min. 44 laparoskopów oraz min. 4 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm (dł. x szer. x wys.)	1	nie podlega ocenie	Tak	
2.41	wózek załadowczy do mycia wyposażenia anestezyjologicznego	1	nie podlega ocenie	Tak	
2.42	wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych wielkości 1/2STU o pojemności 4 pojemników z pokrywami	1	nie podlega ocenie	Tak	
2.43	wózek załadowczy, specjalny dwupoziomowy do mycia wielkogabarytowego wyposażenia z wkładkami do mycia obuwia operacyjnego	1	nie podlega ocenie	Tak	
2.44	taca narzędziowa 480x250x50 mm wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej	30	nie podlega ocenie	Tak	
2.45	taca narzędziowa 240x250x50 mm wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej	20	nie podlega ocenie	Tak	
3	<b>Stelaż odstawczy do przechowywania wózków myjni, potrójny</b>	1			
3.1	wyposażony w dolną półkę		nie podlega ocenie	Tak	
3.2	wymiary dopasowane do wózków wsadowych oferowanych myjni		nie podlega ocenie	Tak	

3.3	wysokość dopasowana do wózków transportowych oferowanych myjni		nie podlega ocenie	Tak	
3.4	uchwyty do dokowania wózka transportowego oferowanych myjni		nie podlega ocenie	Tak	
3.5	wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304		nie podlega ocenie	Tak	
3.6	regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm		nie podlega ocenie	Tak	
4	<b>Sterylizator parowy</b>	1			
4.1	urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).		nie podlega ocenie	Tak	
4.2	przelotowy, do zabudowy w dwie ściany		nie podlega ocenie	Tak	
4.3	konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285		nie podlega ocenie	Tak	
4.4	pojemność komory min. 4 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)		nie podlega ocenie	Tak	
4.5	wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej		nie podlega ocenie	Tak	
4.6	przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi komory elektryczny.		nie podlega ocenie	Tak	
4.7	sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE		nie podlega ocenie	Tak	
4.8	zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora, niezależny od sterylizatora sterownik wytwornicy pary z wyświetlaczem komunikatów		nie podlega ocenie	Tak	
4.9	zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną		nie podlega ocenie	Tak	
4.10	automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary		nie podlega ocenie	Tak	
4.11	automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary		nie podlega ocenie	Tak	
4.12	pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego		nie podlega ocenie	Tak	
4.13	docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem		nie podlega ocenie	Tak	

4.14	frakcjonowana próżnia wstępna		nie podlega ocenie	Tak	
4.15	programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):		nie podlega ocenie	Tak	
4.16	test Bowie– Dick		nie podlega ocenie	Tak	
4.17	program testu szczelności		nie podlega ocenie	Tak	
4.18	minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego		nie podlega ocenie	Tak	
4.19	diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe		nie podlega ocenie	Tak	
4.20	liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika.		Ilość programów = 20 – 0 pkt; Ilość programów > 20 – 10 pkt	Tak	
4.21	sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany		Przekątna ekranu = 10" – 0 pkt; przekątna ekranu >10" – 10 pkt	Tak	
4.22	wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia		nie podlega ocenie	Tak	
4.23	wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim		nie podlega ocenie	Tak	
4.24	wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu		nie podlega ocenie	Tak	
4.25	wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej		szerokość papieru do wydruku: < 10 cm 0 pkt. ≥ 10 cm - 10 pkt	Tak	
4.26	sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczenia kosztów obróbki		nie podlega ocenie	Tak	

	narzędzi				
4.27	sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w sterowniku w raporcie z procesu		nie podlega ocenie	Tak	
4.28	automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.		nie podlega ocenie	Tak	
4.29	możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta		nie podlega ocenie	Tak	
4.30	możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator		nie podlega ocenie	Tak	
4.31	wbudowany, automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczonym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia i dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi.		nie podlega ocenie	Tak	
4.32	wbudowany system oszczędzania wody		nie podlega ocenie	Tak	
4.33	zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;		nie podlega ocenie	Tak	
4.34	wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta.		nie podlega ocenie	Tak	
4.35	zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		nie podlega ocenie	Tak	

4.36	zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		nie podlega ocenie	Tak	
4.37	<b>Wyposażenie dla każdego sterylizatora:</b>	x			
4.38	<b>Wózek transportowy sterylizatora parowego - 2 szt.</b>	2			
4.39	konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304		nie podlega ocenie	Tak	
4.40	4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą		nie podlega ocenie	Tak	
4.41	bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy		nie podlega ocenie	Tak	
4.42	<b>Wózek wsadowy sterylizatora parowego - 1 szt.</b>	1			
4.43	konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304		nie podlega ocenie	Tak	
4.44	półki wózka, o regulowanej wysokości położenia		nie podlega ocenie	Tak	
5	<b>Steryliizator parowy</b>	1			
5.1	urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).		nie podlega ocenie	Tak	
5.2	przelotowy, do zabudowy w dwie ściany		nie podlega ocenie	Tak	
5.3	konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285		nie podlega ocenie	Tak	
5.4	pojemność komory min. 6 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)		nie podlega ocenie	Tak	
5.5	wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej		nie podlega ocenie	Tak	
5.6	przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi komory elektryczny.		nie podlega ocenie	Tak	
5.7	sterylizator wyposażony w system załadowniczy i wyładowniczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE		nie podlega ocenie	Tak	
5.8	zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora, niezależny od sterylizatora		nie podlega ocenie	Tak	

	sterownik wytwornicy pary z wyświetlaczem komunikatów				
5.9	zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną		nie podlega ocenie	Tak	
5.10	automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary		nie podlega ocenie	Tak	
5.11	automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowo wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary		nie podlega ocenie	Tak	
5.12	pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego		nie podlega ocenie	Tak	
5.13	docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem		nie podlega ocenie	Tak	
5.14	frakcjonowana próżnia wstępna		nie podlega ocenie	Tak	
5.15	programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):		nie podlega ocenie	Tak	
5.16	test Bowie– Dick		nie podlega ocenie	Tak	
5.17	program testu szczelności		nie podlega ocenie	Tak	
5.18	minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego		nie podlega ocenie	Tak	
5.19	diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe		nie podlega ocenie	Tak	
5.20	liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika.		Ilość programów = 20 – 0 pkt; Ilość programów > 20 – 10 pkt	Tak	
5.21	sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10" do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu wbudowany		Przekątna ekranu = 10" – 0 pkt; przekątna ekranu >10" – 10 pkt	Tak	
5.22	wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia		nie podlega ocenie	Tak	



5.23	wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim		nie podlega ocenie	Tak	
5.24	wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu		nie podlega ocenie	Tak	
5.25	wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej		szerokość papieru do wydruku: < 10 cm 0 pkt. ≥ 10 cm - 10 pkt	Tak	
5.26	sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi		nie podlega ocenie	Tak	
5.27	sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w sterowniku w raporcie z procesu		nie podlega ocenie	Tak	
5.28	automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.		nie podlega ocenie	Tak	
5.29	możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta		nie podlega ocenie	Tak	
5.30	możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator		nie podlega ocenie	Tak	
5.31	wbudowany, automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczonym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia i dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi.		nie podlega ocenie	Tak	
5.32	wbudowany system oszczędzania wody		nie podlega ocenie	Tak	

5.33	zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;		nie podlega ocenie	Tak	
5.34	wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285, możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta.		nie podlega ocenie	Tak	
5.35	zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		nie podlega ocenie	Tak	
5.36	zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		nie podlega ocenie	Tak	
5.37	<b>Wyposażenie dla każdego sterylizatora:</b>	x			
5.38	<b>Wózek transportowy sterylizatora parowego - 2 szt.</b>	2			
5.39	konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304		nie podlega ocenie	Tak	
5.40	4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą		nie podlega ocenie	Tak	
5.41	bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy		nie podlega ocenie	Tak	
5.42	<b>Wózek wsadowy sterylizatora parowego - 1 szt.</b>	1			
5.43	konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304		nie podlega ocenie	Tak	
5.44	półki wózka, o regulowanej wysokości położenia		nie podlega ocenie	Tak	
<b>Warunki serwisu gwarancyjnego dla pakietu 1</b>					
1	Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy		Zgodnie z pkt 19.2.3 siwz	Miesiące/	
2	Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia		nie podlega ocenie	Tak	
3	Posiadanie wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu (w szczególności szkolenie producenta oferowanego urządzenia, uprawnienia elektryczne oraz ciśnieniowe)		nie podlega ocenie	Tak	

4	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu)		nie podlega ocenie	Tak	
5	Magazyn części zamiennych		nie podlega ocenie	Tak	
6	Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa		nie podlega ocenie	h / nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze	
7	Maksymalny czas usuwania awarii		nie podlega ocenie	dni/ nie dłużej jak 5 dni roboczych	
8	Wymieniane podzespoły , części do napraw, przeglądów, winny być nowe nie regenerowane		nie podlega ocenie	Tak	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie		nie podlega ocenie	minimum 6 miesięcy	
10	Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny utraty gwarancji (wymienić)		nie podlega ocenie	Opis	
11	Wykaz min. 3 producentów środków chemicznych wykorzystywanych w procesie mycia w oferowanych myjniach narzędziowych i ultradźwiękowej		nie podlega ocenie	Opis	
<b>Warunki serwisu pogwarancyjnego</b>					
1	Formy serwisu pogwarancyjnego		nie podlega ocenie	Opis	
2	Maksymalny czas usunięcia awarii		nie podlega ocenie	Dni	
3	Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) minimum 10 lat		nie podlega ocenie	Lata	
4	Inne oferowane warunki		nie podlega ocenie	Podać	

.....  
Podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 2:

L.p.	Opis wyposażenia	Ilość	Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie	Parametr graniczny/warunek wymagany	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
1	<b>Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym</b>	1			
1.1	urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 (nie powystawowe).		nie podlega ocenie	Tak	
1.2	menu zgrzewarki w języku polskim		nie podlega ocenie	Tak	
1.3	wyświetlacz ciekłokrystaliczny		nie podlega ocenie	Tak	
1.4	licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy		nie podlega ocenie	Tak	
1.5	pamięć wprowadzonych informacji		nie podlega ocenie	Tak	
1.6	automatyczny start / stop napędu		nie podlega ocenie	Tak	
1.7	automatyczna kontrola temperatury zgrzewania		nie podlega ocenie	Tak	
1.8	wyświetlanie temperatury zgrzewania		nie podlega ocenie	Tak	
1.9	termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem		nie podlega ocenie	Tak	
1.10	rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD		nie podlega ocenie	Tak	
1.11	możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze		nie podlega ocenie	Tak	
1.12	drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację		nie podlega ocenie	Tak	
1.13	drukowanie kodów kreskowych		nie podlega ocenie	Tak	
1.14	drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980		nie podlega ocenie	Tak	
1.15	minimum jednowierszowa drukarka igłowa		nie podlega ocenie	Tak	
1.16	wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu		nie podlega ocenie	Tak	
1.17	możliwość obrócenia wydruku o 180st.		nie podlega ocenie	Tak	
1.18	różne wielkości czcionek		nie podlega ocenie	Tak	

1.19	dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi		nie podlega ocenie	Tak	
1.20	możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych		nie podlega ocenie	Tak	
1.21	możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów		nie podlega ocenie	Tak	
1.22	możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej		nie podlega ocenie	Tak	
1.23	szybkość zgrzewania min. 10 m/min		nie podlega ocenie	Tak	
1.24	szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm		nie podlega ocenie	Tak	
1.25	możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 220oC		nie podlega ocenie	Tak	
1.26	obudowa ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9		nie podlega ocenie	Tak	
1.27	modułowy system połączeń elektrycznych zespołów		nie podlega ocenie	Tak	
1.28	zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W		nie podlega ocenie	Tak	
1.29	wyposażenie - stolik rolkowy		nie podlega ocenie	Tak	
1.30	urządzenie posiada oznakowanie CE,		nie podlega ocenie	Tak	
2	<b>Obcinarka rękawów papierowo-foliowych</b>	1			
2.1	z dwupoziomowym zasobnikiem rękawów i podajnikiem na dstawką do obcinarki		nie podlega ocenie	Tak	
2.2	długość prowadnicy rękawów ok. 750 mm (-/+ 2cm)		nie podlega ocenie	Tak	
2.3	nóż tnący krążkowy		nie podlega ocenie	Tak	
2.4	zasobnik umożliwiający ułożenie rękawów o średnicy do 300 mm		nie podlega ocenie	Tak	
2.5	wykonanie z materiału odpornego na korozję		nie podlega ocenie	Tak	
<b>Warunki serwisu gwarancyjnego dla pakietu 2</b>					
1	Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy		Zgodnie z pkt 19.2.2 siwz	Miesiące/	
2	Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu.		nie podlega ocenie	Tak	
3	Posiadanie wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu (w szczególności szkolenie producenta oferowanego urządzenia, uprawnienia elektryczne oraz ciśnieniowe)		nie podlega ocenie	Tak	

4	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu)		nie podlega ocenie	Tak	
5	Magazyn części zamiennych		nie podlega ocenie	Tak	
6	Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa		nie podlega ocenie	h / nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze	
7	Maksymalny czas usuwania awarii		nie podlega ocenie	dni/ nie dłużej jak 5 dni roboczych	
8	Wymieniane podzespoły , części do napraw, przeglądów, winny być nowe nie regenerowane		nie podlega ocenie	Tak	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie		nie podlega ocenie	minimum 6 miesięcy	
10	Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny utraty gwarancji (wymienić)		nie podlega ocenie	Opis	
<b>Warunki serwisu pogwarancyjnego</b>					
1	Formy serwisu pogwarancyjnego		nie podlega ocenie	Opis	
2	Maksymalny czas usunięcia awarii		nie podlega ocenie	Dni	
3	Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) minimum 10 lat		nie podlega ocenie	Lata	
4	Inne oferowane warunki		nie podlega ocenie	Podać	

.....  
Podpis Wykonawcy

**PAKIET NR 3:**

L.p.	Opis wyposażenia	Ilość	Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie	Parametr graniczny/warunek wymagany	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
1	<b>Stacja uzdatniania wody</b>	1			
1.1	filtr wstępny piaskowy z automatycznym płukaniem przeciwbieżem		nie podlega ocenie	Tak	
1.2	wymiennik jonowy podwójny, dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki o wydajności min. 0,8m <sup>3</sup> /h		nie podlega ocenie	Tak	
1.3	filtr węglowy z automatycznym płukaniem przeciwbieżem		nie podlega ocenie	Tak	
1.4	urządzenie RO, wydajność dobową przy temp wody 15 st. C min. 3 m <sup>3</sup>		nie podlega ocenie	Tak	
1.5	zbiornik magazynujący o objętości min.1000 litrów ze zdejmowaną pokrywą		nie podlega ocenie	Tak	
1.6	układ podnoszenia ciśnienia		nie podlega ocenie	Tak	
1.7	dezynfekcja UV		nie podlega ocenie	Tak	
1.8	demineralizacja jonowa		nie podlega ocenie	Tak	
1.9	instalacja łącząca urządzenia stacji uzdatniania wody		nie podlega ocenie	Tak	
1.10	stacja ma zapewniać poprawne działanie oferowanych myjni i sterylizatorów		nie podlega ocenie	Tak	
1.11	produkcja wody uzdatnionej zgodnej z PN EN 285		nie podlega ocenie	Tak	
<b>Warunki serwisu gwarancyjnego dla pakietu 3</b>					
1	Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy		Zgodnie z pkt 19.2.2 siwz	Miesiące/	
2	Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu.		nie podlega ocenie	Tak	
3	Posiadanie wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu (w szczególności szkolenie producenta oferowanego urządzenia, uprawnienia elektryczne oraz ciśnieniowe)		nie podlega ocenie	Tak	

4	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu)		nie podlega ocenie	Tak	
5	Magazyn części zamiennych		nie podlega ocenie	Tak	
6	Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa		nie podlega ocenie	h / nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze	
7	Maksymalny czas usuwania awarii		nie podlega ocenie	dni/ nie dłużej jak 5 dni roboczych	
8	Wymieniane podzespoły , części do napraw, przeglądów, winny być nowe nie regenerowane		nie podlega ocenie	Tak	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie		nie podlega ocenie	minimum 6 miesięcy	
10	Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny utraty gwarancji (wymienić)		nie podlega ocenie	Opis	
<b>Warunki serwisu pogwarancyjnego</b>					
1	Formy serwisu pogwarancyjnego		nie podlega ocenie	Opis	
2	Maksymalny czas usunięcia awarii		nie podlega ocenie	Dni	
3	Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) minimum 10 lat		nie podlega ocenie	Lata	
4	Inne oferowane warunki		nie podlega ocenie	Podać	

.....  
Podpis Wykonawcy



Zał. nr 3

**FORMULARZ OFERTY****ZAMAWIAJĄCY –**

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”  
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1  
34-500 Zakopane  
NIP: 736-14-54-134

**WYKONAWCA\*:**

<b>Nazwa Wykonawcy</b>	
<b>NIP/ REGON</b>	
<b>Adres Wykonawcy</b>	
<b>nr tel</b>	
<b>faks</b>	
<b>Email</b>	

\* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

**Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia centralnej sterylizatorni, składam(y) poniższą ofertę:**

**PAKIET NR 1 \***

**Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu itp.): .....** zł

**Podatek VAT .....% tj. ....** zł

**Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): .....** zł  
( słownie: ..... zł)

**W tym cena za:**

- **Myjnię ultradźwiękową- 1 szt:**

**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: .....** zł

**brutto: .....** zł

- **Myjnię narzędziową wraz z wyposażeniem- 2 szt:**



**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: ..... zł**

**brutto: ..... zł**

**Poniżej parametry oferowanej myjni narzędziowej, podlegające ocenie:**

- a) Przekątna ekranu ..... (min. 7")
- b) Liczba programów mycia dezynfekcji ..... (min. 20 programów)
- c) Wydruk raportów procesu z wbudowanej drukarki : wykres parametrów procesu i raport tekstowy w postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4:

**szerokość papieru do wydruku ..... cm**

- **Sterylicator parowy min. 4-o wsadowy wraz z wyposażeniem- 1 szt:**

**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: ..... zł**

**brutto: ..... zł**

- **Sterylicator parowy min. 6-o wsadowy wraz z wyposażeniem- 1 szt:**

**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: ..... zł**

**brutto: ..... zł**

**Poniżej parametry oferowanych sterylizatorów parowych, podlegające ocenie:**

- a) Ilość programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania ..... (min. 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika)
- b) Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej ..... (min. 10" )
- c) Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej:

**szerokość papieru do wydruku: ..... cm**

**Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji (minimalnie 24 miesiące):**

**Myjnia ultradźwiękowa..... m-cy**

**Myjnie narzędziowe .....m-cy**

**Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym ..... m-cy**

**Obcinarka rękawów papierowo-foliowych ..... m-cy**

**Sterylicator parowy min. 4-o wsadowy ..... m-cy**

**Sterylicator parowy min. 6-o wsadowy ..... m-cy**

**Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 13.12.2019 r.**

**Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.**

**PAKIET NR 2 \***

**Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu itp.): .....** zł

**Podatek VAT .....% tj. ....** zł

**Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): .....** zł  
**( słownie: .....** zł)

**W tym cena za:**

- **Zgrzewarkę rotacyjną ze stolikiem rolkowym - 1 szt:**

**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: .....** zł

**brutto: .....** zł

- **Obcinarkę rękawów papierowo-foliowych - 1 szt:**

**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: .....** zł

**brutto: .....** zł

**Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji (minimalnie 24 miesiące):**

**Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym ..... m-cy**

**Obcinarka rękawów papierowo-foliowych ..... m-cy**

**Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 13.12.2019 r.**

**Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.**

**PAKIET NR 3 \***

**Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia tj. cena nabycia urządzenia, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu itp.): .....** zł

**Podatek VAT .....% tj. ....** zł

**Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz): .....** zł  
**( słownie: .....** zł)

**W tym cena za:**

**Stację uzdatniania wody - 1 szt:**

**Producent .....Typ..... Model..... rok produkcji .....**

**netto: ..... zł**

**brutto: ..... zł**

**Na oferowany przedmiot udzielam(y) gwarancji: ..... miesięcy (minimalnie 24 miesiące)**

**Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 13.12.2019 r.**

**Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.**

**Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie \* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.**

*(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)*

**W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:**

**nazwę (rodzaj) towaru/usługi: .....**  
*(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)*

**wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: .....**  
*(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)*

**Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.**

**Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.**

**Wadium przetargowe w wysokości ..... zostało wniesione w dniu ..... w formie .....**

**Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.**

**Informacja dotycząca warunków serwisowania urządzeń w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) :**

.....  
.....  
.....



.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)\* korzystać z podwykonawców.**

**Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om):**

.....  
 .....

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)\*

**następujący zakres rzeczowy\*:**

.....  
 .....

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:.....**

**Wykonawca jest<sup>3</sup> (UWAGA! Niewłaściwe skreślić\*)**

- Mikroprzedsiębiorstwem\*)
- Małym przedsiębiorstwem\*)
- Średnim przedsiębiorstwem\*)

**Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.**

**Oferta składa się z ..... stron kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....**

**Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>4</sup> \***

**Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.**

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie
-----	---------------------------------------	------------------

<sup>3</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

<sup>4</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

		(wyrażone cyfrą)	
		Od	do

**Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:**

1. ....
2. ....
3. ....

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Nr telefonu</b>	
<b>Nr faksu</b>	
<b>Adres e-mail</b>	

**Data:** .....

.....  
( podpis Wykonawcy)

**\*niepotrzebne skreśli**

.....  
**(pieczęć wykonawcy)**

**zał. nr 4**

**Wykaz dostaw**

Lp.	Nazwa i adres podmiotu na rzecz dostawy zostały wykonane	Wartość zamówienia brutto [PLN] (wskazać wartość dostawy na potwierdzenie warunku określonego w pkt 9.1.2.3. siwz lit. a)- pakiet nr 1	Przedmiot zamówienia (wskazać zakres dostawy na potwierdzenie warunku określonego w pkt 9.1.2.3. siwz lit. a)- pakiet nr 1	Okres realizacji zamówienia (daty wykonania) (od dzień-miesiąc -rok do dzień-miesiąc- rok)	
				początek	koniec

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

.....  
 .....  
 .....

.....  
 (Miejscowość, data)

.....  
 (Podpis i pieczęć imienna  
 upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

**Załącznik nr 5**  
**oznaczenie Wykonawcy****INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**


składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: **dostawa wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni,**  
znak postępowania: **A.ZP-271-14/19**

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej\* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 364) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej\* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 364) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):
  - 1) .....
  - 2) .....

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Miejscowość i data****Wykonawca****Podpis**



**Zał. nr 6 do siwz****Projekt umowy**

W dniu ..... roku w Zakopanem pomiędzy: **Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem**, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego

za kontrasygnatą Główniej Księgowej- mgr Jadwigi Radom

zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Zamawiającym**

a

.....  
reprezentowanym przez

.....  
zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Wykonawcą**

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: A.ZP-271-14/19, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zawarto umowę następującej treści:

**§ 1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń, rok produkcji 2019 r. na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie:
  - a) Pakiet nr 1: myjni ultradźwiękowej w ilości 1 szt., myjni narzędziowych wraz z wyposażeniem w ilości 2 szt., sterylizatorów parowych wraz z wyposażeniem w ilości 2 szt.
  - b) Pakiet nr 2: zgrzewarki rotacyjnej w ilości 1 szt. oraz obcinarki rękawów papierowo-foliowych, w ilości 1 szt.,
  - c) Pakiet nr 3: stacji uzdatniania wody w ilości 1 szt.  
- zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oferowanych urządzeń.
4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu.
5. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) oferowanych urządzeń-odpowiednio dla danego pakietu.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 lit a) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 175), w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
7. Zamawiający wymaga, by przy wykonaniu zamówienia, w szczególności montażu urządzeń Wykonawca współpracował z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych pomieszczeń centralnej sterylizatorni i stacji uzdatniania wody.

8. Założenia funkcjonalne dla montażu przedmiotu zamówienia znajdują się w wyciągu z dokumentacji projektowej tj. 1) rzut parteru niskiego; 2) przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni, stanowiące załącznik nr 2 do umowy.
9. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
10. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) ..... tel. .... fax .....
11. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) ..... tel. .... fax .....

## § 2

### Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców\*/ przy udziale podwykonawców\*
4. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ..... (nazwa firmy) następujący zakres czynności: .....( zapisy zostaną doprecyzowane po wyborze Wykonawcy)
5. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody Zamawiającego.
6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

## § 3

### Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 -3 zostanie zrealizowany w terminie do **13 grudnia 2019 r.**
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem faksem na nr 18/2014632 lub drogą elektroniczną na adres: [administracja@szpitalskolowski.pl](mailto:administracja@szpitalskolowski.pl) . Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia/eń w czasie jego dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.
3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy (jeśli dotyczy) wymagane **świadcstwo dopuszczenie do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, paszporty techniczne urządzeń, wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji, przedmiotu umowy określonych przez producenta, wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego itp.** Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

## § 4

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 umowy zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą zał. nr 3 do umowy wynosi :  
pakiet nr ..... **netto**:..... zł plus podatek VAT .....% w kwocie ..... zł, co daje kwotę **brutto**: ..... zł (słownie złotych: .....).
2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy.
3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.
4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc; Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134.
6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118).

## § 5

**Warunki gwarancji i serwisu**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.
4. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, na warunkach oferty Wykonawcy i opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi zał. nr 1 i 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru, tj. odpowiednio (*zostanie wypełnione po wyborze oferty*):  
pakiet nr 1:  
..... miesięcy.  
pakiet nr 2:  
..... miesięcy  
Pakiet nr 3  
..... miesięcy
5. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków siwz w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.
6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia, stanowiącego przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym, w szczególności każda czynność będzie odnotowana w paszporcie technicznym urządzenia.
7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie autoryzowany serwis.

9. W przypadku awarii przedmiotu umowy Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia zgodnie z oświadczeniem zawartym w zał. nr 1 do niniejszej umowy w pkt „Warunki gwarancji i serwisu”.
10. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do punktu naprawy, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 5 dni roboczych.
11. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w okresie gwarancji (dot. pakiet nr 1\*- myjni ultradźwiękowej, pakiet nr 2\*: zgrzewarki, obcinarki rękawów) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 3 dni roboczych podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.
12. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń w okresie gwarancji (pakiet nr 1\*: dot. jednoczesnej awarii dwóch myjni narzędziowych lub/i dwóch sterylizatorów) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami niezbędnej sterylizacji narzędzi wykonanej przez podmiot trzeci, przeprowadzonej w czasie przestoju urządzeń, a spowodowanego naprawą gwarancyjną.
13. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające urządzenie z eksploatacji uprawniają do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
14. Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu.
16. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu gwarancji.
17. W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego przeglądu gwarancyjnego.
18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.
19. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części.
20. O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy.

## § 6

### Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości odpowiednio dla danego pakietu:
  - a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu niniejszej umowy;
  - b) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z umowy;

- c) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii w odniesieniu do terminów ustalonych odpowiednio w § 5 ust.9, w wysokości 0,02% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia;
  - d) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie/a stanowiące przedmiot umowy;
  - e) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

### § 7

#### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki, stanowiące integralną część umowy:

1. Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych (*odpowiednio dla danego pakietu*),
2. Założenia funkcjonalne wyciąg z dokumentacji projektowej: rzut parteru niskiego, przekrój obejmujący m.in. pomieszczenia sterylizatorni
3. Formularz ofertowy.

.....  
**Zamawiający**

.....  
**Wykonawca**