



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl)

[www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy:A.ZP-24-5/20

Zakopane, 2020-03-06

### WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

#### **Pytanie 1** Pakiet nr 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaproszenia szkielek nakrywkowe 24x60 mm **o grubości: 0,13-0,17 mm** (spełniające normę „wymiarową” ISO 8255/1 dla szkielek nakrywkowych) z zachowaniem pozostałych zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kalkulacji cenowej?

**Odp.: Tak.**

#### **Pytanie 2** Pakiet nr 4 poz.3

Czy szkielek nakrywkowe 24x60 mm będą nakładane ręcznie czy automatycznie?

**Odp.: Ręcznie.**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. kasetki z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

**Odp.: Nie.**

#### **Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”**? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odp.: Nie.**

#### **Pytanie 5 - Pakiet nr 2**

Wielkość i rozmieszczenie otworów na ostrzu ma służyć kompatybilności z uchwytami tego samego producenta i parametr ten nie ma żadnego wpływu na użycie noży podczas cięcia w mikrotomie. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia narusza zasady udzielania zamówień publicznych.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 Pzp). Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 29 ust. 2 Pzp z uwagi na niezgodne z Prawem zamówień publicznych opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi m.in. w sytuacji, gdy zamawiający opisz przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt. Ponadto możliwość wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły, dlatego art. 29 ust. 3 Pzp nie powinien być interpretowany rozszerzająco, a zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów jest możliwe pod

warunkiem umożliwienia składania ofert równoważnych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nożyków równoważnych. Jednocześnie prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę kąta ostrza na 35 st.

**Odp.: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 ( załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert) poprzez doprecyzowanie opisu kąta ostrza. Pozostałe parametry ostrza pozostają bez zmian.**

**Pytanie 6 - Pakiet nr 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz.1 kasetek histopatologicznych z prostokątnymi otworami o wymiarach 1x5mm.

**Odp.: Nie.**

**Pytanie nr 7 - Pakiet nr 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 kasetek histopatologicznych z kwadratowymi otworami o wymiarach 1,6 x 1,6 mm.

**Odp.: Nie.**

**Pytanie nr 8 - Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje aby kasetki z pozycji 1 i 2 były dostępne w minimum 10 kolorach?

**Odp.: Nie.**

**Pytanie nr 9 - Pakiet nr 4**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 szkiełek nakrywkowych o wymiarze 0,13-0,17 zgodnym z normą ISO-8255.

**Odp.: Tak.**

**Pytanie nr 10 - Pakiet nr 7**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 łagodnego odwapniacza na bazie EDTA zawierającego w składzie kwas solny 1-3%. s

**Odp.: Nie.**

**Pytanie nr 11 - Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający opisując ostrze do mikrotomu (cyt. „Ostrze do mikrotomu do tkanek twardych. Ostrze ze stali nierdzewnej o wym. 80x8mm posiadające 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wym.8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworu) co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki w uchwycie noża. Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki licząc od środka otworów, odległość otworu od krawędzi podstawy noża: 3mm licząc od środka otworu, kąt ostrza 45 stopni”) miał na myśli brzegi powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem 45°a kąt natarcia ostrza 35°?

**Odp.: Tak. Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 ( załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert) poprzez doprecyzowanie opisu kąta ostrza. Pozostałe parametry ostrza pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 12 - Pakiet nr 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

- w poz. 1 Hemtaoksyliny Harrisa zakwaszonej lub niezakwaszonej w opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu)
- w poz. 2 Eozyny alkoholowa w opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu)
- w poz. 3 Odczynnik do zniebieszczenia jąder komórkowych (Bluing Reagent) w opakowaniach 1L lub 4L (karty charakterystyki w załączeniu)
- w poz. 4 Odbarwiacz Nu-Clear I (10 sekund) lub Nu-Clear II (20 sekund) w opakowaniach około 4L

**Odp.: NIE**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska**