



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”**

**im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl)

[www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON

0295171

---

Znak sprawy:A.ZP-24-5/20

Zakopane, 2020-03-09

**WSZYSCY**

*dotyczy: zmiany treści zaproszenia do składania ofert zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.*

Uprzejmie informuję, że w związku z odpowiedziami na pytania z dn. 09.03.2020r, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert w zakresie opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do Zaproszenia – **Pakiet nr 2**. Uszczegółowiono opis kąta ostrza.

**Było:**

*kąt ostrza 45 stopni.*

**Jest:**

*kąt ostrza: brzeży powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem 45°, a kąt natarcia ostrza 35°.*

**Zmodyfikowany załącznik nr 1 – kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 2 w załączeniu.**

Pozostałe warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian.

**Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska**

**Pakiet nr 2**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu</b>	<b>j. m</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto(zł)</b>	<b>Cena netto za całość asortymentu</b>	<b>VAT % stawka i kwota</b>	<b>Cena brutto za całość asortymentu</b>	<b>Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu</b>
1.	Ostrze do mikrotomu do tkanek twardych . Ostrze ze stali nierdzewnej o wym. 80x8mm posiadające 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wym.8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworu) co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki w uchwycie noża. Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów), odległość otworu od krawędzi podstawy noża: 3mm(licząc od środka otworu), kąt ostrza: <i>brzeży powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem 45°, a kąt natarcia ostrza 35°.</i> Pojedyncze ostrze powinno skroić bez zarysowań i uszkodzeń min.20 kostek parafinowych	op	50					

.....  
(podpis wykonawcy)