



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl

www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-11/20

Zakopane, 2020-05-21

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1. Pakiet 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odp.: Tak.

Pytanie 2. Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp bursztynowych (do leków światłoczułych). Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 3. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia oraz zasady prosimy o zmianę zapisu w zakresie terminu dostaw i wydłużenie go do 5 dni roboczych.

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:

„W sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się w dostarczaniu zamawianego towaru Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia może dokonać zakupu interwencyjnego asortymentu niedostarczonego i obciąży Wykonawcę różnicą między zakupem interwencyjnym a zakupem na podstawie zawartej umowy, bez naliczania dodatkowych kar.”

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 8 ust. 2 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący:

„W przypadku opóźnienia realizacji dostawy przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionej partii.”

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6. Dotyczy wzoru umowy § 8

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, prosimy o dodanie do § 8 zapisu:

„Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).”

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7. Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pomy infuzyjnej biały/ ciemny posiadającego Średnice wewnętrzna drenu 1,2 mm??

Odp.: Nie dopuszcza się. Zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp z drenem o średnicy wewnętrznej 1,24 mm.

Pytanie nr 8. Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pomp w kolorze bursztynowym który w takim stopniu chroni substancje światłowrażliwą?

Odp.: Dopuszcza się, pod warunkiem, że nie przepuszcza światła.

Pytanie nr 9. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bursztynowe przedłużacze do pomp infuzyjnych?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 10. Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 45x22 mm?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 11. Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do zbiórki moczu?

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga.

Pytanie nr 12. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 14. Pakiet 4, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp.: TAK, dopuszcza się.

Pytanie nr 15. pakiet 4, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: NIE, zapis pozostaje bez zmian.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**