



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrozenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrozenie.pl) [www.szpitalodrozenie.pl](http://www.szpitalodrozenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-17/20

Zakopane 2020-09-15

### WSZYSCY

*dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.*

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie 1,**

Co Zamawiający rozumie przez zapis: " Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy oraz szkoleń"? Jaki zakres ma obejmować kontrola międzynarodowa i w jakiej częstotliwości?

**Odp.: Przez zapis " Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy oraz szkoleń" Zamawiający rozumie istnienie nadzoru w firmie nad jakością wykonywanych na danym urządzeniu badań, w tym kontrole wewnętrzne i/lub sygnowane przez zewnętrzne podmioty kontroli jakości typu ISO oraz w razie zmian wprowadzanych w protokołach badań niezwłoczne informowanie i przeszkolenie w tym zakresie.**

#### **Pytanie 2,**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by każda z pozycji: BRAF (poz. 16 tabeli 1 załącznika 1a dot. pakietu 1), p16 (poz. 153 tabeli 1 załącznika 1a dot. pakietu 1), HER2 IHC (poz. 102 tabeli 1 załącznika 1a dot. pakietu 1) zostały wycenione indywidualnie t w osobnych tabelach w formularzu oferty? Ww. parametry zakwalifikowane są przez Wykonawcę jako produkty wyróżniające się od większości przeciwciał w diagnostyce immunohistochemii oraz mogą znacząco zawyżyć wartość pojedynczego oznaczenia?

**Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu 1, w tym formularza ofertowego (zał.3a do siwz) i opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1a do siwz)**

#### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie klonu przeciwciała PD-L1 w tabeli 2 poz. 1 pakietu 1 załącznika 1a oraz poz. 2 tabeli pakietu 1 formularza oferty?

**Odp.: Przeciwciało PD-L1 klon SP263.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poz. 117 Insulina tabeli nr 1 dot. pakietu 1 załącznika 1a w związku z wycofaniem produktu z obrotu?

**Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ Pakiet nr 1 - zał. 1a.**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozróżnienie cen za oznaczenie w przypadku PD-L1 (oraz wskazanie klonu p/ciała) oraz ALK w załączniku nr 3a pozycji 2 w tabeli pakietu 1 z wynikającej różnicy cen między produktami?

**Odp.: Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu 1, w tym formularza ofertowego (zał.3a do siwz) i opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1a do siwz).**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkiełek dedykowanych do oznaczeń iHC/ISH w ilości odpowiadającej oferowanej ilości oznaczeń?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga zaferowania szkiełek dedykowanych do oznaczeń IHC/ISH.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktu 14 o brzmieniu: "Zakres barwień oraz naliczanie zużycia odczynnika musi uwzględniać obecność tkanki tzw. kontroli pozytywnej zewnętrznej na każdym szkiełku podstawowym tj. na każdym badanym preparacie.". Ilość zużytych odczynników nie zależy od ilości skrawków na szkiełku/preparacie. Dodanie kontroli tkankowej do tego samego preparatu/szkiełka co próbki badanej nie powoduje zwiększenia zużycia odczynników.

**Odp.: Tak, Zamawiający dokonał modyfikacji zał. 2a- pakiet nr 1 i 2b- pakiet nr 2 do siwz poprzez usunięcie w/w wymogu.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu pod tabelą nr 1 załącznika 1a: "Zaferowane odczynniki gwarantują wykonanie 10 000 reakcji w ciągu 24 miesięcy." na "Zaferowane odczynniki gwarantują wykonanie 9 900 reakcji w ciągu 24 miesięcy." oraz w pozycji 1 pakietu 1 tabeli formularza oferty w związku z sumą ilości oznaczeń z pozycji 1-199 załącznika 1a tabeli nr 1 pakietu 1 wraz z wyłączeniem pozycji Insulina?

**Odp.: Zamawiający odpowiednio do zakresu modyfikacji dokonał zmiany brzmienia zapisu pod tabelą nr 1a-d, załącznika nr 1a do siwz.**

#### **Pytanie 9**

*Dot. zał. nr 2a - Pkt 20* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: "3 dni ,, na 3 dni robocze"

**Odp.: Tak.**

#### **Pytanie 10**

*Dot. zał. nr 2a - Pkt 21* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: "7 dni ,, na 7 dni robocze"

**Odp.: Tak.**

#### **Pytanie 11**

*Dot. zał. nr 2a - Pkt 22* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: "3 dni ,, na 3 dni robocze"

**Odp.: Tak.**

#### **Pytanie 12**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy* Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: Nie.**

#### **Pytanie 13**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy* par. 4 ust. 2, par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp.: Nie. Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

#### **Pytanie 14**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy* par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

#### **Pytanie 15**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy* par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”

**Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

#### **Pytanie 16**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy* par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 17**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 5 ust. 3 par. 6 ust. 7* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie 18**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 6 ust. 10* Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian. Przekazywanie faktur w formie elektronicznej reguluje §6 ust. 10 projektu umowy.**

**Pytanie 19**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 7 ust. 3* Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

**Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie 20**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 7 ust. 5* Czy Zamawiający dopuści, aby reklamacje były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie?

**Odp.: Tak.**

**Pytanie 21**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 9* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odp.: Nie.**

**Pytanie 22**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 9 ust. 4* Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

**Odp.: Nie. Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

**Pytanie 23**

*Dot. zał. nr 8 Projekt umowy par. 9 ust. 6* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

**Odp.: Postanowienia projektu umowy bez zmian.**

*Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność modyfikacji siwz oraz przedłużenie terminu składania ofert.*

**Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
Mgr Helena Brzozowska**