



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrozenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrozenie.pl) [www.szpitalodrozenie.pl](http://www.szpitalodrozenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-21/20

Zakopane 2020-11-02

### WSZYSCY

*dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.*

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie 1, Pakiet nr 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 strzykawki do gazometrii do pomiarów przy budynku krwi tętniczej z zbalansowaną suchą heparyną litową, pozwalająca na pomiar parametrów: pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, tHb, O<sub>2</sub>sat, COHb, MetHb, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, glukozy i mleczanów z jednej próbki krwi, posiadającą zamknięcie uszczelniające się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki umożliwiające bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza i pobranej próbki, luer slip, sterylne, pakowane folia.

**Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 2, Pakiet nr 5**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie przetykowych stentów samorozprężalnych pokrytych teflonem, dostępnych w długościach 10, 12, 15cm, średnica trzonu 20mm (średnica poszerzonych kołnierzy 24mm), , średnica trzonu 22mm (średnica poszerzonych kołnierzy 26mm), załadowanych do zestawu o średnicy 18F (6mm), uwalnianych za pomocą prutej nici (możliwość wyboru wersji stentu – uwalnianie dystalne lub proksymalne). Stent wyposażony w znaczniki radiologiczne. Zestaw współpracujący z prowadnicą 0.038”.

**Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.**

*Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.*

**Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
Mgr Helena Brzozowska**