



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. 18/ 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl

www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-24/20

Zakopane 2020-12-01

WSZYSCY

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację bronchoskopu, bronchofiberoskopów oraz wideolaryngoskopów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 2 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„Średnica zewnętrzna sondy max.: 6,1 mm.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 2

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 3 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„Średnica zewnętrzna końcówki max.: 6,2 mm.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 3

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 4 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min.: 2,8 mm.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 4

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„Rotacja sondy lewo/prawo min.: 120 stopni.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 5

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 15(Inne) wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach dostawy usługi serwisowe (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy endoskopu, także w przypadku, gdy konieczność naprawy jest wynikiem usterki na skutek wady ukrytej, a nie eksploatacyjnego zużycia endoskopu lub jego części (podzespołu). Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 6

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchofiberoskopu bez funkcji obrazowania w standardzie HDTV?

Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 7

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchofiberoskopu bez jednostopniowego wodoodpornego złącza elektrycznego?

Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 8

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 12(Inne) wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach dostawy usługi serwisowe (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy endoskopu, także w przypadku, gdy konieczność naprawy jest wynikiem usterki na skutek wady ukrytej, a nie eksploatacyjnego zużycia endoskopu lub jego części (podzespołu). Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 9

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pkt. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchofiberoskopu bez funkcji obrazowania w standardzie HDTV?

Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 10

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pkt. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchofiberoskopu bez jednostopniowego wodoodpornego złącza elektrycznego?

Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 11

dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pkt. 12(Inne) wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści:

„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach dostawy usługi serwisowe (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy endoskopu, także w przypadku, gdy konieczność naprawy jest wynikiem usterki na skutek wady ukrytej, a nie eksploatacyjnego zużycia endoskopu lub jego części

(podzespołu). Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji.”?

Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 12

dot. załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 2 na zapis następującej treści:

„W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Odp. Bez zmian.

Pytanie nr 13

dot. załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 5 ust. 9 na zapis następującej treści:

„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14 dni roboczych. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 10 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości Wykonawca zapewni w ciągu max 72 godzin (w dni robocze) nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.”?

Odp. Bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Zmianę treści siwz Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP, niezwłocznie udostępni na stronie internetowej www.szpitalodrodzenie.pl oraz na Platformie zakupowej <https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl> .

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji**

mgr Helena Brzozowska