



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. 18/ 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-24/20

Zakopane 2020-11-27

WSZYSCY

dot.: zmiany treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację bronchoskopu, bronchofiberoskopów oraz wideolaryngoskopów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), w zakresie opisu przedmiotu zamówienia **w pakiecie nr 2**, poprzez zmianę ilości bronchofiberoskopów z 1 szt. na 2 szt. .

I tak :

- pkt 3.1 siwz otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego bronchoskopu, bronchofiberoskopów – 3 szt. oraz wideolaryngoskopów z wyposażeniem w ilości 2 szt., rok produkcji 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- w załączniku nr 1 do siwz, Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2, zostaje zmieniona ilość bronchofiberoskopów z 1 szt. na 2 szt. – aktualny opis w załączeniu

- w załączniku nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 3, w tabeli zostaje poprawiona omyłka pisarska w nazwie urządzenia z „bronchoskopu” na „bronchofiberoskop”- aktualny opis w załączeniu

- w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 6 do siwz, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie:

1) pakiet nr 1: fabrycznie nowego bronchoskopu,

2) pakiet nr 2 fabrycznie nowych bronchofiberoskopów w ilości 2 szt.,

3) pakiet nr 3: fabrycznie nowego bronchofiberoskopu,

4) pakiet nr 4: fabrycznie nowych wideolaryngoskopów z wyposażeniem w ilości 2 szt,

- rok produkcji 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 12 a ust. 2 PZP, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2020 r. godz. 9.30. Termin otwarcia 04.12.2020 r. godz. 9.45 (w pkt 16 i 17 siwz).**

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora

ds. Pielęgniarstwa i Administracji

mgr Helena Brzozowska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 2

Bronchofiberoskop x 2 szt.

Lp.	Opis	Parametry oferowane (podać)
1.	Producent	
2.	Nazwa-model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
Bronchofiberoskop terapeutyczny zestaw x 2 szt.			
1.	Standard obrazowania HDTV	TAK	
2.	Średnica zewnętrzna sondy 6 mm	TAK podać	
3.	Średnica zewnętrzna końcówki 5,9 mm	TAK podać	
4.	Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego 2,8 mm	TAK podać	
5.	Długość robocza 600 mm	TAK podać	
6.	Zakres odchylenia końcówki góra/dół - 180°/130°	TAK podać	
7.	Długość całkowita 890 mm	TAK podać	
8.	Głębokość ostrości 3-50 mm	TAK podać	
9.	Kąt widzenia 120 °	TAK podać	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
10.	Minimalna odległość biopsji 5mm od końcówki	TAK podać	
11.	Jednostopniowe wodoodporne złącze elektryczne	TAK	
	INNE		
12.	Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu oraz bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza , zużycie mechaniczne naciągów) - przez okres gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji	TAK podać	
13.	Kompatybilność z myjniemi automatycznymi typ ETD, szafami do przechowywania endoskopów EDC	TAK	
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim		

.....
(podpis Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 3

Bronchofiberoskop x 1 szt.

Lp.	Opis	Parametry oferowane (podać)
5.	Producent	
6.	Nazwa-model/typ	
7.	Kraj pochodzenia	
8.	Rok produkcji	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
Bronchofiberoskop intubacyjny zestaw x 1 szt.			
1.	Standard obrazowania HDTV	TAK	
2.	Średnica zewnętrzna sondy 3,1 mm	TAK podać	
3.	Średnica zewnętrzna końcówki 3,1 mm	TAK podać	
4.	Średnica kanału roboczego 1,2 mm	TAK podać	
5.	Długość robocza 600 mm	TAK podać	
6.	Zakres odchylenia końcówki góra/dół - 120°/120°	TAK podać	
7.	Długość całkowita 855 mm	TAK podać	
8.	Głębokość ostrości 3-50 mm	TAK podać	
9.	Kąt widzenia 90 °	TAK podać	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
10.	Kierunek widzenia 0 °	TAK podać	
11.	Jednostopniowe wodoodporne złącze elektryczne	TAK	
	INNE		
12.	Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu oraz bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza , zużycie mechaniczne naciągów) - przez okres gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w okresie gwarancji	TAK podać	
13.	Kompatybilność z myjniemi automatycznymi typ ETD, szafami do przechowywania endoskopów EDC	TAK	
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim		

.....
(podpis Wykonawcy)