



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl

www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy:A.ZP-24-22/20

Zakopane, 2020-12-18

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania które wpłynęły do przedmiotowego postępowania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 z zadania i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp.: Nie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-220°C?

Odp.: Nie. Wymagana temperatura zgrzewania rękawów w zakresie 180-220°C. Zmodyfikowano załącznik nr 1 pakiet nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (kalkulacja cenowa do oferty).

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii, poza przestrzenią pakowania?

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wraz z raportem badań, wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odp.: Dopuszcza się

Pytanie 6.

do kalkulacji cenowej do oferty – Załącznik nr 2 –Pakiet nr 2, poz. 6,7

Prosimy o dopuszczenie papieru zgodnego z SIWZ, w wersji naprzemiennie pakowanej biały/zielony.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 7 - Pakiet 2 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające wskaźniki sterylizacji w postaci prostokątów z ukośnych pasków?

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 8- Pakiet 2 poz. 8-9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8-9 z pakietu 2, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców?

Odp.: Nie.

Pytanie 9 - dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 10 - dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „10% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonej w § 4 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości danego pakietu”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

**Zastępca Dyrektora
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji
Mgr Helena Brzozowska**