



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”**

**im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl) [www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-24-22/20

Zakopane 2020-12-18

**W S Z Y S C Y**

***dot.: modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.***

Z uwagi na udzielenie do przedmiotowego postępowania odpowiedzi na pytania w dniu 18.12.2020r., Zamawiający dokonuje zmiany treści *zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem*, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W załączniku nr 1 pakiet nr 2 do zaproszenia do składania ofert (kalkulacja cenowa do oferty) do opisu wymogów dotyczących rękawów, dodaje się:

**„Wymagana temperatura grzewania rękawów w zakresie 180-220°C”**

Zmieniony załącznik nr 1 pakiet nr 2 w załączeniu

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje bez zmian.

**Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
Mgr Helena Brzozowska**

## Pakiet nr 2

Rękawy:

- **Wymagana temperatura grzewania rękawów w zakresie 180-220°C**

- gramatura papieru 60 g na m2,

- folia min. 5 warstwowa, nawinięta na zewnątrz,

- min.3 kanały termozgrzewu,

- wskaźniki sterylizacji S/EO/ umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią ,

- oznaczony kierunek otwierania z tyłu i z przodu,

- wskaźniki , napisy i oznaczenia umieszczone na papierze poza obszarem wypełnienia,

- znak CE oraz znak określający produkt jedнокrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawach  
substancja testowa naniesiona w sposób ciągły (bez przerwy i szlaczków).

Lp.	Przedmiot zamówienia	j. m.	ilość	Cena jednost netto(zł )	Cena netto za całość asortymentu	VAT % stawka i kwota	Cena brutto za całość asortymentu	Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu
1	Rękaw do sterylizacji folia/ papier 100mm / 200mb	rolka	48					
2	Rękaw do sterylizacji folia/ papier 150mm / 200mb	rolka	48					
3	Rękaw do sterylizacji folia/ papier 200mm / 200mb	rolka	44					
4	Rękaw do sterylizacji folia/ papier 250mm / 200mb	rolka	24					
5	Rękaw do sterylizacji folia/ papier 300mm / 200mb	rolka	20					
6	Papier krepowy: gramatura papieru min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie, nie zmienia koloru po procesie sterylizacji. Kolor biały. Rozmiar 60cm x 60cm	szt.	1000					
7	Papier krepowy: gramatura papieru min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie, nie zmienia koloru po procesie sterylizacji.	szt.	500					

	Kolor zielony. Rozmiar 60cm x 60cm						
8.	Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw: * warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura $\geq 70\text{g/m}^2$ , możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor zielony, rozmiar 100x100cm, opakowanie - 200 szt.	szt.	1000				
9.	Syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55g/m <sup>2</sup> . Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlaniem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35kN/m; rozciąganie w kierunku walcowania: 70%, w kierunku poprzecznym: 65%. Spełnia wymogi bariery mikrobiologicznej w stanie suchym i mokrym. Produkt zgodny z EN868:2	szt.	400				
<b>RAZEM</b>							

.....  
**( podpis wykonawcy)**