



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. 18/ 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl

www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

A.ZP-271-25/20

Zakopane 2020-12-28

WSZYSCY

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie cyfrowego, mobilnego aparatu rentgenowskiego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1) Dotyczy zawarcia umowy

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.

Odp.: Tak, przy dochowaniu wymogu określonego w art. 61 § 2 k.c. w dacie wskazanej w treści kontraktu jako dzień zawarcia umowy.

2) Dotyczy SIWZ, pkt 11, ppkt 3.1. c) tj. „folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego urządzenia itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.”

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odp.: Z uwagi właśnie na charakter treści folderu, katalogu czy prospektu Zamawiający dodatkowo wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wypełnionego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

3) Dotyczy Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia w rozbiciu kwoty na dwie stawki VAT: 8% (dla urządzeń – ucyfrowienia i aparatu RTG) oraz 23% (dla

dotkowego wyposażenia oferowanego w komplecie nie będącego wyrobem medycznym np: testy odbiorcze, testy specjalistyczne, komputery , UPS itp.) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT?

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. Zm), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, które objęte jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% , Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

Odp. Tak, cena ma być obliczona zgodnie obowiązującymi przepisami (pkt 18 siwz) Zamawiający nie ma uprawnień i kompetencji, by narzucić na Wykonawców zastosowanie konkretnej stawki VAT. Natomiast wskazane w formularzu miejsce na wpisanie stawki i wartości podatku VAT nie oznacza, że nie można wpisać różnych stawek VAT i odpowiednio ich wartości. W pkt 11.14.2 siwz wyraźnie jest wskazane, że „wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji” zatem treść formularza, a nie forma jest istotna.

4) Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ- projekt umowy

Z uwagi na równe traktowanie obu stron umowy wnosimy o modyfikację wzoru umowy w par. 6 poprzez dodanie kolejnego punktu o następującej treści:

6) Zamawiają zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po jego stronie.

Odp. Bez zmian.

5) Dotyczy SIWZ pkt 15.3.3

Zgodnie z brzmieniem tego punktu prosimy o wskazanie jaką próbkę w tym postępowaniu ma na myśli Zamawiający? Wykonawca nie znalazł innego zapisu w SIWZ który doprecyzowałby ten wymóg i wyjaśnił co to konkretnie ma być za próbka w przypadku tego postępowania. Jeżeli do tego punktu wkraść się błąd, prosimy o jego odpowiednią modyfikację lub wykreślenie.

Odp. Tak, nastąpiła oczywista omyłka pisarska, na co wskazuje również brak zapisu o próbce w „ pkt. 11.3.3” siwz.

6) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 5 ust. 2

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 5 ust. 2 umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia w przypadku wad niewymagających użycia części zamiennych oraz w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia w przypadku wad wymagających użycia części zamiennych.”

Odp.: Bez zmian.

7) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 5 ust. 14

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie ust. 14. W ocenie Wykonawcy brak zawiadomienia o planowanym przeprowadzeniu przeglądu oraz upływie okresu gwarancji nie może stanowić podstawy do przedłużenia okresu gwarancji.

Odp.: Bez zmian.

8) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 6 ust. 2 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej za zwłokę w wymianie lub usunięciu wad z 0,2% do 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a także o następującą modyfikację:

„0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z umowy; Zamawiający odstąpi od naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego w myśl § 5 ust. 9 umowy.”

Odp. Bez zmian.

9) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 6 ust. 2 lit. c)

Wykonawca wnosi o wykreślenie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 2 lit. c) umowy oraz o dopuszczenie takiego rozwiązania, że zapewnienie sprzętu zastępczego ma ten skutek, że Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych przewidzianym w § 6 ust. 2 lit. b) od momentu zapewnienia sprzętu zastępczego.

Odp. Bez zmian.

10) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 6

Czy Zamawiający dopuści dodanie do umowy ustępu uprawniającego Wykonawcę do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy?

Odp. Bez zmian.

11) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY § 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy?

Odp. Bez zmian.

12) Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, § 2 ust. 3

Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającemu, że zakres przetwarzania określony w § 2 ust. 3 umowy jest niewystarczający do należytego wykonania umowy głównej. Wykonawca sugeruje, aby rozszerzyć ten zakres o następujące czynności: wprowadzanie, porządkowanie, opracowywanie, modyfikacja, usuwanie.

Odp. Zamawiający w § 2 ust. 3 projektu umowy powierzenia danych osobowych przywraca przekreślone czynności wymienione ww. postanowieniu umownym tj. *wprowadzanie*, opracowywanie, modyfikacje*, udostępnianie*, usuwanie**

13) Pytanie do załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH - VII Pozostałe wymagania, pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o informację, jakie systemy RIS/PACS Zamawiający użytkuje obecnie w Szpitalu.

Odp.: System RIS - CRID firmy Comarch S.A. System PACS - GEPACS firmy GE Healthcare

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dyrektor
Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński