



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl

www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-5/21

Zakopane, 2021-07-06

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 - pakiet 5

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu do przygotowywania i pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,2µm, z zaworem zabezpieczającym lek przed wyciekaniem pełniącym funkcję zastawki, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Filtr antybakteryjny 0,2µm jest parametrem lepszym od opisanego w SWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm. Zaproponowany przyrząd jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej i jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wskazany w pytaniu przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,2 µm jest filtrem aerozolowym używanym najczęściej przy chemioterapii – do przygotowania roztworów cytostatycznych.

Pytanie 2. Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużaczy w kolorze bursztynowym?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużaczy z średnicą wewnętrzną 1.2mm?

Odp.: Nie dopuszcza się. Zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp z drenem o średnicy wewnętrznej 1,24 mm.

Pytanie nr 4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odp.: Tak.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp bursztynowych (do leków światłoczułych). Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 6. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3

Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie:

„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy częściowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadła na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7. Dotyczy wzoru umowy § 8

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, prosimy o dodanie do § 8 zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Odp.: Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy? Bursztynowe zabarwienie dreny chroni leki światłoczułe przed działaniem promieniowania UV.

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga.

Pytanie nr 9. Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG w rozmiarze 45x31 mm lub 51 na 36 mm? Reszta zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10. Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu sterylne? Reszta zgodnie z SWZ.

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga.

Pytanie nr 11. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny 5 µm?

Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 13. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odp.: Nie.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający w pak 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej o parametrach:

- Urometr

- Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml od 3ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml
- Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną
- Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu
- Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej
- Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną
- Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik
- Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną
- Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 150cm
- Paski boczne dla optymalnego umocowania
- Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy
- Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa

bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)

- Pojemnik na mocz

- Pojemność 2 000 ml
- Zastawka antyrefluksyjna
- Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik
- Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna
- Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu
- Szczelina do umocowania drenu spustowego?

Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15.

1. Czy Zamawiający w pak 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej o parametrach:

- Urometr

- Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml od 3ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml
- Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną
- Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu
- Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej
- Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną
- Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik
- Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną
- Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 120cm
- Paski boczne dla optymalnego umocowania
- Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy
- Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa

bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)

- Pojemnik na mocz

- Pojemność 2 000 ml
- Zastawka antyrefluksyjna
- Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik
- Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna
- Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu
- Szczelina do umocowania drenu spustowego?

Odp.: Nie dopuszcza się. Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16. Pakiet 4

Czy zamawiający w poz. 2 dopuści worki sterylne pakowane pojedynczo, zbiorcze opakowanie 10 szt?

Odp.: Dopuszcza się ale nie wymaga.

*Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska*