



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”**

**im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl) [www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-9/21

Zakopane, 2021-08-19

**W S Z Y S C Y**

*dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych.*

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 1-17**

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną wchłanianą, syntetyczną, plecioną, wykonaną z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszaniną glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

**Pytanie 2**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 18-19**

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną wchłanianą, syntetyczną, monofilamentową, wykonaną z polidoksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

**Pytanie 3**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 20-24**

Czy Zamawiający dopuści nić wykonaną z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

**Pytanie 4**

**Dot. Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem, kolor zielony?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

***Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński***