



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl

www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-6/22

Zakopane, 2022-04-15

WSZYSCY

dotyczy: modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2022r. Zamawiający dokonuje modyfikacji Zaproszenia do składania ofert w poniższym zakresie:

1. Zmianie ulega **pkt. 2 – 2.7** (Przedmiot zamówienia) zaproszenia do składania ofert:

Było: w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 40 litrowe butle z tlenem, w ilości podanej przez pracownika szpitala zapewniające ciągłość funkcjonowania szpitala. Szacunkowa ilość 24 butle/doba.

Jest: w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w czasie max 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 40 litrowe butle z tlenem, w ilości podanej przez pracownika szpitala zapewniające ciągłość funkcjonowania szpitala. Szacunkowa ilość 24 butle/doba.

2. Zmianie ulega **pkt. 8** (Termin i miejsce składania ofert) zaproszenia do składania ofert:

Było: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku) opatrzoną własnoręcznym podpisem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: a.bernacka@szpitalodrozenie.pl opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11.00

Jest: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku) opatrzoną własnoręcznym podpisem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: a.bernacka@szpitalodrozenie.pl opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia **22.04.2022 r.** do godz. 11.00

3. Zmianie ulega **zał. nr 2** do zaproszenia do składania ofert – **wzór Umowy** – w poniższym zakresie:

§ 4 ust. 1 pkt.1.1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

w przypadku awarii zbiornika dostarczenia w czasie max 24 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego butli 40 litrowych, w ilości podanej przez pracownika szpitala zapewniające ciągłość funkcjonowania szpitala. Szacunkowa ilość 24 butle/doba;

§ 4 ust. 1 pkt.1.1 lit. h) otrzymuje brzmienie:

sprawowania kompleksowego nadzoru technicznego nad zbiornikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**