



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-7/22

Zakopane, 2022-05-09

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 – Pakiet 3 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetki o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej:

Kasetka histopatologiczna STANDARD - ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu) dedykowana do przeprowadzania standardowych materiałów tkankowych z otworkami prostokątnymi o szerokości 1 mm w podstawie oraz wieczku kasetki zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 12 mm na krawędzi nad polem do opisu. Wygodny ergonomiczny uchwyt do otwierania kasetki o długości 7 mm i szerokości 6 mm w górnej części uchwyty. Pole do opisu pod kątem 45 st.. Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z możliwością opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek automatycznych.

Opakowanie zbiorcze: 500 szt.

Dostępne kolory (15 rodzajów): niebieski, brązowy, ciemny niebieski, ciemny zielony, zielony, szary, lawendowy, pomarańczowy, brzoskwiniowy, różowy, czerwony, jasno brązowy, turkusowy, żółty, biały

Odp.: Nie.

Pytanie 2 – Pakiet 3 poz.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie kasetki o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej:

Kasetka histopatologiczna BIOPSYJNA MICRO - ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu) dedykowana do przeprowadzania bardzo małych materiałów tkankowych z otworkami kwadratowymi o wymiarach 0,38 x 0,38 mm zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. 224 otworki w pokrywie oraz 208 otworków w podstawie kasetki. Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 12 mm na krawędzi nad polem do opisu. Wygodny ergonomiczny uchwyt do otwierania kasetki o długości 7 mm i szerokości 6 mm w górnej części uchwyty. Jedna duża wewnętrzna komora. Pole do opisu pod kątem 45 st.. Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm. Prostopadłe plastikowe nadlewki o szerokości 2 mm po środku podstawy i pokrywki na całej długości oraz szerokości kasetki dla wzmocnienia wytrzymałości. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym z możliwością opisywania różnymi technikami – ręcznie oraz przy użyciu drukarek automatycznych.

Opakowanie zbiorcze: 500 szt.

Dostępne kolory (15 rodzajów): niebieski, brązowy, ciemny niebieski, ciemny zielony, zielony, szary, lawendowy, pomarańczowy, brzoskwiniowy, różowy, czerwony, jasno brązowy, turkusowy, żółty, biały

Odp.: Nie.

Pytanie 3 – Pakiet 7 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szybkoschnącego syntetycznego kleju (formuła histologiczna) o niskiej gęstości, przeznaczonego do ręcznego i automatycznego zaklejania preparatów mikroskopowych w opakowaniach 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 12 op. po 500 ml?

Odp.: Nie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 5:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp.: Nie.

Pytanie 6:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odp.: Zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7:

Prosimy o modyfikację zapisów §9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 8:

Zwracamy uwagę, że zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9 pkt 5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 9:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odp.: Nie.

Pytanie 10:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”.

Odp.: Nie.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odp.: Nie.

Pytanie 12:

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Odp.: Nie.

Pytanie 13:

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 14:

Prosimy o usunięcie postanowienia § 9 ust 6 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowiem zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp.: Nie, zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odp.: Nie.

Pytanie 16:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:

Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Odp.: Nie.

Pytanie 17 – Pakiet 2:

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80x8mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji. Tym bardziej, że Zamawiający, używając nazwy handlowej noży mikrotomowych dla obu pozycji, a także nie wskazując możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych, de facto ogranicza konkurencję do dystrybutora tych ostrzy na terenie Polski, tj. firmy OPTA-TECH. W konsekwencji powyższego Zamawiający może otrzymać jedną ofertę, co może przyczynić się do zwiększenia wydatkowania środków publicznych na daną część zamówienia.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.



Tym samym wnosimy o:

- odstąpienie od wymogu: „2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworu) co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki w uchwycie noża Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworu)”, odległość otworu od krawędzi podstawy noża 3mm (licząc od środka otworu), kąt ostrza: brzegi powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem 45 stopni”.

- dopuszczenie rozwiązań równoważnych w postaci zaoferowania noży niskoprofilowych o wymiarach 80x8x0,25mm, wykonanych ze stali nierdzewnej, o kącie natarcia ostrza 35 stopni, wykonanych w technologii podnoszącej trwałość ostrza; przeznaczenie noży do tkanek twardych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza noże o narożnikach żyłki ściętych pod kątem 45 stopni (jak na poniższym zdjęciu). Zamawiający nie wskazał precyzyjnie sposobu fazowania krawędzi żyłki, a sposób wskazany na zdjęciu poniżej jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, gdyż lekko zaokrąglone ścięte brzegi jeszcze lepiej wpływają na bezpieczeństwo użytkownika niż prosto ścięte krawędzie i minimalizują ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu.



Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 18 – Pakiet 2:

Prosimy Zamawiającego o określenie na jakiego rodzaju tkance będzie przeprowadzone badanie jakościowe dotyczące skrawania materiału nożami mikrotomowymi.

Odp.: Skrawanie będzie przeprowadzone na tkance płucnej, odwapnionych fragmentach kości oraz oskrzela itp.

Pytanie 19 – Pakiet 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie kryterium jakościowego dotyczącego skrawania materiału nożami mikrotomowymi. Zamawiający wymaga 5 sztuk ostrzy. Czy punktacja dotycząca ilości skrojonych bloczków parafinowych dotyczy średniej ilości skrojonych bloczków (na podstawie badania 5 ostrzy) czy minimalnej ilości bloczków skrojonej „najgorszym jakościowo” ostrzem?

Odp.: Punktacja dotyczy minimalnej ilości bloczków skrojonych jednym ostrzem.

Pytanie 20 – Pakiet 2,3,4:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie protokołu z badania jakościowego przeprowadzonego w pakietach nr 2, 3 oraz 4 (po otwarciu ofert) wraz z dostępem do dokumentacji zdjęciowej/filmowej.

Odp.: Nie.

Pytanie 21 – Pakiet 3:

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z kwadratowymi otworami o wymiarach 1,6x1,6mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Nie.

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z prostokątnymi otworami o wymiarach 1x5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Nie.

Pytanie 22 – Pakiet 3 poz.1 i 2:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od próbek / dopuszczenie próbek w ilości 5 szt. do każdej z pozycji z uwagi na brak obecności kryterium jakościowego w ww. pakiecie.

Odp.: Nie.

Pytanie 23 – Pakiet 7:

Poz.2: Prosimy o określenie całkowitej ilości przymrażacza, której wymaga Zamawiający, w ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań). Z uwagi na różne pojemności opakowań preparatów dostępnych na rynku, otrzymane oferty mogą nie być porównywalne.

Odp.: Opakowanie 400ml.

Pytanie 24 – Pakiet 8:

Poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ksylenu (mieszaniny izomerów) czda o gęstości w 20°C: 0,86 – 0,87 g/cm³.

Odp.: Nie.

Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu etylowego 99,8%, całkowicie skażonego. Preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i histologicznych. Mieszanina alkoholu: etanol: <100%, keton metylo-etylowy <=1%, izopropanol <=1%, benzoesan denatonium <0,01%. Wielkość pojemników – 5 L.

Odp.: Nie.

Poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu etylowego 96%, całkowicie skażonego. reпарат odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i histologicznych. Mieszanina alkoholu: etanol: 96%, keton metylo-etylowy <=1%, izopropanol <=1%, benzoesan denatonium <0,01%. Wielkość pojemników – 5 L.

Odp.: Nie.

Poz.4: Prosimy o dopuszczenie formaliny 10% buforowanej, gotowej do użycia o pH 7,2-7,4, o składzie: formaldehyd 3-5%, alkohol metylo-etylowy: 1-3% w opakowaniu z dozownikiem, o pojemności 20l, z nakrętką wyposażoną w uszczelkę. Produkt posiada oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Odp.: Nie.

Pytanie 25 – Pakiet 1:

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaferowania pustych pojemników czy pojemników wypełnionych formaliną?

Odp.: Puste pojemniki.

Pytanie 26 – Pakiet 2:

Zamawiający informuje, że zamierza przeprowadzić test ostrzy dla bloczków parafinowych. Jest to jak najbardziej zasadne. Niemniej jednak wykonanie testu dla bieżącym materiale jest bardzo niedokładne. Z doświadczenia wiem, że jeden bloczek parafinowy może być zarówno miękki jak i posiadać zawapnienia. Już nawet mikrozwłóknienie krojonej tkanki zmniejsza trwałość ostrza w niewielkim stopniu. W taki sposób można, zupełnie niechcący, wykluczyć ostrza jednego producenta. Aby zapewnić

dokładne przeprowadzenie testów chciałbym prosić Zamawiającego o wybranie homogennego materiału tkankowego jak np tkanka tłuszczowa, zdrowy fragment wątroby czy mięsz nerki, ewentualnie wykonanie bloczków parafinowych z tworzywem sztucznym (takim jak np wkładki do wykonywania macierzy) co zapewni dokładne porównanie ostrzy. Oczywiście w związku z powyższym bloczki powinny być wcześniej trymowane, aby nie robić tego bieżącym ostrzem ze względu na możliwość jego uszkodzenia.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie szczegółowego raportu z testowania ostrzy dla wszystkich dostawców przesyłających ostrza do oceny.

Raport taki powinien zawierać informację o:

1. materiale tkankowym w bloczku
2. liczbie cięć, przed wyrównaniem bloczka,
3. liczbie cięć bez rys
- 4 zapis kolejnych ostrzy testowanych na bloczku

Ponadto należy zachować zasady przeprowadzania testu, tj:

1. na jednym bloczku parafinowym powinno zostać przetestowane każde ostrze danego dostawcy
2. Jeśli bloczek nie posiada wystarczająco materiału na przetestowanie ostrzy wszystkich dostawców, należy wybrać inny bloczek
3. Każde ostrze powinno być testowane naprzemiennie dla każdego bloczka, tak aby każdy dostawca mógł być pierwszy i ostatni (pierwsze cięcia aż do wygładzenia powierzchni bloczka często są nierówne, chociażby na zmianę temperatury powierzchni bloczka)

Ponadto, bak stworzenia szczegółowego raportu jak powyżej, co jest minimum będzie miało przesłanki do podważenia prawidłowości przeprowadzenia testu i nieuczciwego traktowania dostawców. Sposób, który opisałem, niweluje w większości możliwości wnoszenia odwołania ze względu na możliwe zaniedbania związane z testowaniem.

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie takiego, uczciwego testu dla bloczków i sporządzenia raportu do wglądu uczestników?

Odp.: Nie.

Pytanie 27 – Pakiet 5:

Czy Zamawiający w związku z tym, że wymaga szkiełek typu Super Frost Plus wymaga także szkiełek polilizynowych?

Odp.: Tak.

Pytanie 28 – Pakiet 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek równoważnych w opakowaniu 100 szt?

Odp.: Nie.

Pytanie 29 – Pakiet 5:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek o wymiarach 26x76x1mm w opakowaniach 50 szt?

Odp.: Nie.

Pytanie 30 – Pakiet 6:

Czy zamawiający wymaga aby parafina była czysta, bez żadnych dodatków?

Odp.: Tak.

Pytanie 31 – Pakiet 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 2kg w opakowaniu zbiorczym 12 kg? Możliwe wtedy jest wysłanie także opakowania 10 kg w potrzeby zamawiającego.

Odp.: Nie.

Pytanie 32 – Pakiet 6:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny w opakowaniach 20 kg?

Odp.: Nie.

Pytanie 33 – Pakiet 2:

Proszę o doprecyzowanie: Czy zamawiający ma na myśli wymóg odległości otworu 20mm od brzegu do środka otworu tak jak u większości producentów dostępnych na polskim rynku?

Odp.: Tak.

Pytanie 34 – Pakiet 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju w butelkach o pojemności 1L lub 250 ml?

Odp.: Nie.

Pytanie 35 – Pakiet 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprayu o pojemności 200 lub 400 ml?

Odp.: Tak.

Pytanie 36 – Pakiet 10:

1. Czy zamawiający może odpuścić zbyt dokładny opis odczynników jak punkty temp wrzenia, czy punkty temperatury zamarzania? Nikt nie gotuje ani nie zamraża hematoksyliny czy eozyny, a ta najczęściej przechowywana jest w temperaturze pokojowej w przeciwnym wypadku traci swoje właściwości.

Odp.: Nie.

2. Proszę o zmianę zapisu odczynników na bardziej uniwersalne, ze względu na brak istotnej potrzeby wymagań stosowanych w opisie.

Pozycja 1. Hematoksylina wg Harrisa - jej nazwa jest wystarczającym ograniczeniem, gdyż jej składowe są szczegółowo określone przez metodykę wytwarzania

Pozycja 2. Eozyna alkoholowa - to rozpuszczony barwnik w alkoholu. Zamawiający zawarł wiele niepotrzebnych danych, zamiast jednej najważniejszej, tj. stężenia eozyny

Pozycja 3. Blueing reagent - Proces normalizujący pH jest zupełnie nieistotny dla ww czynnika, ponieważ w metodyce i tak później preparaty trafiają do kwaśnej eozyny, a dalej w alkoholach pH wycinka zmienia się sukcesywnie.

Pozycja 4. Kwaśny alkohol 1% - jest nazwą stosowaną od lat w patologii i jest to 70% alkohol z odpowiednią ilością kwasu octowego, solnego czy azotowego. W tym wypadku zamawiający wymaga kwasu solnego. Jednakże skład mieszaniny alkoholu jest mało istotny i może sugerować jedynie chęć ograniczenia do jakiegoś jednego produktu.

Proszę o zmianę zapisów na Hematoksylinę Harrisa, Eozynę alkoholową X%, Blueing reagent / Odczynniki niebieszczający oraz Kwaśny alkohol 1% HCl

Odp.: Nie.

Pytanie 37 – Pakiet 9:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie formaliny w kanistrach 10l?

Odp.: Nie.

Pytanie 38 – Pakiet 9:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie formaliny z zakresem od neutralnego pH tj od 7,0 do 7,4? Uzasadnienie: różnica w pH 7,0 czy 7,2 jest kwestią stricte marketingową i nie ma znaczenia zupełnie w kwestii utrwalania tkanek.

Odp.: Nie.

Pytanie 39 – Pakiet 1 poz.6:

Czy zamawiający dopuszcza pojemność 5000ml? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 40 – Pakiet 1 poz.7:

Czy zamawiający dopuszcza pojemność 10000ml? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 41 – Pakiet 3 poz.2:

Czy zamawiający dopuszcza, aby kasetki posiadały dwie oddzielone od siebie komory zamiast jednej?

Odp.: Nie.

Pytanie 42 – Pakiet 4 poz.1:

Czy zamawiający dopuszcza szkiełka zawierające pole do opisu z jednej strony?

Odp.: Nie.

Pytanie 43 – Pakiet 6 poz.1:

Czy zamawiający wymaga aby parafina zawierała dodatek DMSO powodujący, że staje się ona mniej krucha?

Odp.: Tak.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**