



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl

www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-13/22

Zakopane, 2022-07-01

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę drukarki laserowej do kasetek histopatologicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 – wzór umowy:

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 2 – wzór umowy:

W związku z tym, iż zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 3 – wzór umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonstrukcję, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności

związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostawy przedmiotu umowy z 2 tygodni na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż przedmiot umowy, z uwagi na swoje właściwości, nie znajduje się na stałe na stanie magazynu żadnego Wykonawcy, w związku z czym spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w pierwotnie wskazanym terminie nie jest możliwe. Dodatkowo, z uwagi na obecnie panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym przerwy w produkcji urządzeń jak również z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy oraz konieczność sprowadzenia urządzenia z zagranicy, terminy produkcji urządzeń i ich dostaw uległy wydłużeniu. W konsekwencji Wykonawca zwraca się wnioskiem o dostosowanie i urealnienie terminu dostawy w sposób wskazany powyżej. Na marginesie Wykonawca nadmienia, iż termin dostawy nie stanowi elementu oceny oferty, a jego modyfikacja może przełożyć się jedynie na poszerzenie kręgu wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy do 4 tygodni z uwagi na konieczność szybkiego wdrożenia rozwiązania.

Pytanie 5:

Zauważyć należy, że przedmiot zamówienia jakim jest drukarka do kasetek histopatologicznych nie została zakwalifikowana przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W związku z tym nie podlega ona przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla takich wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania drukarki do kasetek nie będącej wyrobem medycznym?

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki o wymiarach: 200 x 377 x 510mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Odp.: Nie dopuszcza się. Wymiary wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wynikają z technicznych możliwości pomieszczenia, w którym drukarka ma zostać zainstalowana.

Pytanie 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki posiadającej 1 złącze USB, które jest w zupełności wystarczające do prawidłowej pracy urządzenia? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie jakie jest zastosowanie dla 3 portów USB w drukarce do kasetek.

Odp.: Nie dopuszcza się. Port USB daje możliwość wydruku tzw. ad-hoc z pamięci przenośnej. Wyposażenie w więcej niż jedno gniazdo USB ma zapewnić możliwość pracy w przypadku awarii pojedynczego portu USB.

Pytanie 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki wraz z zewnętrznym komputerem (nie wbudowanym w drukarkę) posiadający min. 3 gniazda USB i min. 2 porty sieciowe, takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z komputera do obsługi drukarki

spełniający potrzeby Zakładu Patomorfologii, m.in. pod względem cyfryzacji Zakładu. Dodatkową korzyścią jest możliwość wymiany komputera na nowszy po kilku latach eksploatacji bez konieczności wymiany całej drukarki z wbudowanym komputerem?

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie dla 2 wbudowanych portów sieciowych.

Odp.: Nie dopuszcza się. Nie ma możliwości zagwarantowania dodatkowej przestrzeni w pomieszczeniu (patrz Pytanie 6).

Pytanie 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 9:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki bez wyłącznika awaryjnego, posiadającej wyłącznik zasilania na obudowie drukarki? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie zastosowania przycisku awaryjnego w drukarce.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 10 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 10a):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki obsługującej kasetki ze standardową powierzchnią opisową pochyloną pod kątem 45°. Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie korzystania z kasetek o kącie 35 stopni które nie są sprzedawane w Polsce jako produkt rutynowo stosowany w histopatologii.

Odp.: Nie dopuszcza się. Kasetki o stopniu nachylenia 35° zapewniają większy obszar opisu kasetki i są sprzedawane na polskim rynku (np. firma Sakura).

Pytanie 11 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 16:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prędkości druku do 5 sekund na kasetkę? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie wymogu w kontekście ilości przeprowadzanych dziennie badań. Zwracamy uwagę że wskazywany zakres czasu w dokumentacji niektórych producentów dotyczy samego czasu nadruku, a nie czasu od momentu pobrania kasetki do jej oddania przez urządzenie, zatem czas 5s może być w tym wypadku parametrem lepszym od opisanego w SWZ.

Odp.: Nie dopuszcza się. Czas wydruku jest kluczowy dla zapewnienia ciągłości pracy.

Pytanie 12 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 17:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z zewnętrznym komputerem wyposażonym w kolorowy monitor i oprogramowaniem producenta do graficznej edycji szablonów wydruku. Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego

wymogu zawęźa możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się. Możliwość zmiany szablonu bezpośrednio na urządzeniu zapewnia niezależność od urządzeń zewnętrznych (dodatkowo patrz Pytanie 6 i 8)

Pytanie 13 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 17,18,19,20,21,22,23:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki wraz z zewnętrznym komputerem (nie wbudowanym w drukarkę) posiadający min. 3 gniazda USB i min. 2 porty sieciowe, takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z komputera do obsługi drukarki spełniający potrzeby Zakładu Patomorfologii, m.in. pod względem cyfryzacji Zakładu. Dodatkową korzyścią jest możliwość wymiany komputera na nowszy po kilku latach eksploatacji bez konieczności wymiany całej drukarki z wbudowanym komputerem? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęźa możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się (patrz Pytanie 6 i 8).

Pytanie 14 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 25:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z pojedynczym zasobnikiem na kasetki i 3 wymiennymi zasobnikami obsługiwanych manualnie. Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęźa możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z automatycznym podajnikiem zapewnia ciągłość i wygodę pracy.

Pytanie 15 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 25:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z 6 wymiennymi podajnikami znajdującymi się na bazie karuzeli.

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęźa możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 16 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 26:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki wyposażonej w 4 magazynki wymienne obsługiwane ręcznie?

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęźa możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z automatycznym podajnikiem zapewnia ciągłość i wygodę pracy.

Pytanie 17 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 28:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednego typu magazynku na kasetki histopatologiczne o pojemności 60 kasetek ? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się

Pytanie 18 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 29:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wydruku 60 kasetek bez zmiany magazynków?. Zamawiający wymaga możliwości wydruku bez zmiany magazynków 450 kasetek, w opisanej drukarce magazynki mają około 75 kasetek, aby wydrukować 450 kasetek musi nastąpić zmiana magazynków podczas drukowania. Oferowany parametr jest zatem rozwiązaniem równoważnym do opisanej drukarki.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 19 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 31:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tacy na 10 kasetek ?

Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z tacą na 100 kasetek zapewnia wygodę pracy.

Pytanie 20 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 32:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tacy bez automatycznego stopniowego wysuwania ? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie z mechanizmem automatycznego stopniowego wysuwania tacy na wydrukowane kasetki w przypadku zapełnienia kolejnych rzędów zapewnia wygodę pracy.

Pytanie 21 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 33:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zewnętrznego czytnika 1D, 2D? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się (patrz Pytanie 6 i 8).

Pytanie 22 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 34:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia bez automatycznej detekcji koloru kasetki? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100,Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem

niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się. Urządzenie wyposażone w automatyczną detekcję koloru kasetki w podajniku zapewnia szybką i wygodną pracę.

Pytanie 23 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 35:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki z magazynkami wymienianymi manualnie ? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie.

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 24 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pozycja 39:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki bez filtrów, ponieważ oferowana przez nas drukarka nie emituje pyłów i zapachów spalonego plastiku? Zwracamy Zamawiającemu uwagę iż opisane rozwiązanie w kontekście drukarki do kasetek jest charakterystyczne dla drukarki Cassette Printer C100, Dakewe, dostawca w Polsce firma Opta-tech, zatem podtrzymanie niniejszego wymogu zawęży możliwość złożenia ważnej oferty do wyłącznie jednego dostawcy będącego wyłącznym oferentem niniejszego asortymentu na terytorium Polski. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi wnosimy o uzasadnienie zastosowania rozwiązania gorszego, i mającego negatywny wpływ na zdrowie pracowników.

Odp.: Nie dopuszcza się. Każde urządzenie wyposażone w dodatkowe systemy oczyszczania powietrza zwiększa bezpieczeństwo pracy z urządzeniem, tym samym zapewniając lepsze środowisko pracy dla użytkowników.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**