



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC „ODRODZENIE”**

**im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl)

[www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-14/22

Zakopane, 2022-07-21

**WSZYSCY**

*dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę defibrylatorów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.*

W odpowiedzi na zapytania które wpłynęły do przedmiotowego postępowania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1.**

pkt.9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ilością stopni dostępnych energii zewnętrznej defibrylacji w ilości 23 i przyzna za to 0 pkt?

**Odp.: Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.**

**Pytanie 2.**

pkt.15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ciężarem samego defibrylatora wraz z akumulatorem (bez łyżek twardych) 7 kg?

**Odp.: Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.**

**Pytanie 3.**

pkt.19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z z zakresem wzmocnienia sygnału EKG?

**Odp.: Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.**

**Pytanie 4.**

pkt.21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z elektrodami defibrylacyjno-stymulacyjnymi nieradiotransparentnymi?

**Odp.: Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.**

**Pytanie 5.**

pkt.23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-140mA w prostokątnym szeroki 40ms impulsie energetycznym? Terapia mniej inwazyjna dla mięśnia sercowego.

**Odp.: Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.**

**Pytanie 6.**

pkt.25 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o dedykowany moduł EtCo2 – defibrylator byłby już wyposażony w moduł EtCo2 na ekranie i transmisją danych przez WiFi?

**Odp.: Nie wymaga się ale dopuszcza.**

**Pytanie 7.**

pkt.26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości synchronizacji z zewnętrznym kardiomonitorem (różnych producentów) – bez wejścia synchronizacji EKG?

**Odp.: Nie, przedmiot zamówienia zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska**