



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl

www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-15/22

Zakopane, 2022-07-29

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 – Pakiet 1, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp w kolorze bursztynowym, pozostałe parametry zgodne wymaganiami Zamawiającego?

Odp.: Dopuszcza się, ale nie wymaga.

Pytanie 2 – Pakiet 4, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki sterylne?

Odp.: Dopuszcza się, ale nie wymaga.

Pytanie 3 – Pakiet 5, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków bez zastawki?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 4 – Pakiet 5, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 5 – Pakiet 6, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej wg poniższego opisu:

- Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)
- Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania
- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml
- Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T”
- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzalamaniową na wejściu do komory
- Wyposażony w kłamerkę zatrzaskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



Odp.: Parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**