



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC „ODRODZENIE”**

**im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrozenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrozenie.pl)

[www.szpitalodrozenie.pl](http://www.szpitalodrozenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-18/22

Zakopane, 2022-08-29

**WSZYSCY**

*dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem*

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką silikonową?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

**Pytanie 2 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik niesterylny, a tym samym odstąpi od obowiązku umieszczenia daty ważności sterylizacji na naklejce?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

**Pytanie 3 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany pojedynczo, a następnie w kartonik otwierany od góry po 50 sztuk?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar otworu 21x26,5 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany po 1szt z opakowaniu zbiorczym 100szt. w rozmiarze 20x26mm?

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

**Pytanie 6 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany po 1szt z opakowaniu zbiorczym 100szt. w rozmiarze 20x27mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Zastępca Dyrektora**

**ds. Pielęgniarstwa i Administracji**

**mgr Helena Brzozowska**