



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROÓB PŁUC „ODRODZENIE”
im. Klary Jelskiej**

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl

www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-23/22

Zakopane, 2022-10-07

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na dostawę aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem na potrzeby Oddziału Pulmonologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 – punkt 11:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem, posiadające 7 stopniowe ustawienia temperatury zakresie 31-37 stopni co 1 stopień?

Odp.: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 – punkt 18:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem, o wymiarach 343mm/195mm/165mm?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 3 – punkt 19:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem, bez alarmu „pełna karta SD I „włóż kartę SD”

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 4 – punkt 5:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 5 filtrów wymiennych co 1000 godzin.

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga min. 2 sztuk filtrów.

Pytanie 5 – punkt 18:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 18 aparatu oraz wymiarach 34,3 cm x 16,5 cm x 19,5 cm.

Odp.: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejscu karty SD , zapisu danych do 7 dni (168 h) w pamięci aparatu ,trend przedstawiony formie graficznej i tabelarycznej.

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 7 – punkt 11:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w punkcie 11 prosimy o dopuszczenie 6 stopniowego zakresu temperatur od 31-37 °C ,skok co 1°C.

Odp.: Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zastępca Dyrektora

ds. Pielęgniarstwa i Administracji

mgr Helena Brzozowska