



## SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: [administracja@szpitalodrodzenie.pl](mailto:administracja@szpitalodrodzenie.pl) [www.szpitalodrodzenie.pl](http://www.szpitalodrodzenie.pl)

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-8/23

Zakopane, 2023-06-1

### WSZYSCY

*dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.*

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

#### **Pytanie 1 – Pakiet 1:**

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 5000ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 10000ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Opisane pojemności wskazują wprost na tylko jednego Wykonawcę – Elektro Med.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 2 – Pakiet 2:**

Czy Zamawiający miał na myśli żyłki mikrotomowe o wymiarach: długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°, wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu)?

**Odp.: Tak.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane żyłki były platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną?

**Odp.: Nie.**

#### **Pytanie 3 – Pakiet 4:**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szkiełka z jednostronnym polem do opisu? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 24x60mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odp.: Nie dopuszcza się.**

#### **Pytanie 4 – Pakiet 3 poz.2:**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści klej o pojemności 500ml z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości sztuk? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska**