



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrozenie.pl www.szpitalodrozenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-11/23

Zakopane, 2023-08-11

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1 – Pakiet 3 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne do dobowej zbiórki moczu, posiadające zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu, posiadające poprzeczny kranik spustowy?

Jest to parametr lepszy od wymaganego, a zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2 – Pakiet 4 poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania sterylnego przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek, wyposażonego w filtr bakteryjny 0,1 µm.

Jest to parametr lepszy od opisanego w SWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm.

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 3 – Pakiet 2 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG, wymiary 48 x 50 mm (owalna), jednorazowa, czujnik SSC, żel półpłynny, połączenie zatrzaskowe, podłoże piankowe, dla dorosłych pakowane po 50 sztuk.

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 4 – Pakiet 2 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści Elektroda EKG, wymiary 34 x 51 mm (owalna), jednorazowa, czujnik SSC, żel stały, połączenie zatrzaskowe, podłoże piankowe, dla dorosłych, pakowane po 100 sztuk?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 5 – Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następującej specyfikacji:

- Wykonany z medycznego PCV
- Worek o pojemności 2000ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczu
- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml
- Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak

- Jednorazowego użytku
- Bezląteksowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 6 – Pakiet 3 poz.1,2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Dopuszcza się.

Pytanie 7 – Pakiet 3 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do dobowej zbiórki moczu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8 – Pakiet 4 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków bez zastawki?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 9 – Pakiet 4 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,1 µm?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 10 – Pakiet 4 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odp.: Nie dopuszcza się.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej wg poniższego opisu:

- Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)
- Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania
- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml
- Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T”
- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzalaminową na wejściu do komory
- Wyposażony w kłamrę zatrzaskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



Odp.: Dopuszcza się.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**